



Kraków, dnia 24 stycznia 2023 r.

AG.240.21.2022.BM

Modyfikacja SWZ
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników
i materiałów laboratoryjnych do analizy DNA.

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1:

„Dotyczy załącznika nr 2, produktu z pozycji nr 2.

Niniejszym informujemy, że wyspecyfikowany przez Zamawiającego produkt w pozycji 2 został wycofany z producenta w związku zaprzestaniem produkcji odczynników do aparatów 310/31xx.

2.	310/31xx Genetic Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1	Produkt identyczny lub równoważny z produktem Thermo Fisher Scientific nr kat. 4336935
----	---	--

Producent oferuje produkt 4404312 Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v3.1, dedykowany do 3500/SeqStudio™ Flex.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający podejmie decyzję o wykreśleniu produktu nr kat. 4336935, czy też zastąpienie produktu odczynnikami o nr. kat. 4404312.”

Odpowiedź 1:

Tak Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie produktu z poz. 2 Załącznika nr 2 na produkt jak poniżej:

2.	Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v3.1, dedykowany do 3500/SeqStudio™ Flex	Produkt identyczny lub równoważny z produktem Thermo Fisher Scientific nr kat. 4404312
----	--	--

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. Dariusz Zuba
Profesor instytutu