



**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA**
w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16
35 - 959 Rzeszów

Rzeszów 26.04.2023 r.

OZ.272.1.10.2023.AO

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa materiałów laboratoryjnych do SPE i kolumniek powinowactwa immunologicznego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Rzeszowie"

Zamawiający- Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Rzeszowie niemniejszym, zawiadamia, że w procesie oceny ofert złożonych w ramach postępowania pn. „Dostawa materiałów laboratoryjnych do SPE i kolumniek powinowactwa immunologicznego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Rzeszowie odrzucono, w ramach Pakietu nr 1:

Ofertę nr 2:

ANCHEM PLUS MARIUSZ MALCZEWSKI
ul. Gen. T. Bora- Komorowskiego 56
03-982 Warszawa


Uzasadnienie :

Oferta złożona przez **ANCHEM PLUS MARIUSZ MALCZEWSKI, ul. Gen. T. Bora- Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa** nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający w poz. 2 wymagał dostarczenia Kolumniek spe do ekstrakcji WWA z wody do picia o rozmiarach ziarna 33 µm, rozmiarze porów: 85 Å oraz powierzchni aktywnej 800m² /g.

Zaoferowany przez ww. Wykonawcę produkt posiada rozmiar ziarna: 80 μm , rozmiar porów: 50 \AA ,
powierzchnia aktywna: 650–700 m^2/g .

Ze względu na powyższe oferta firmy ANCHEM PLUS MARIUSZ MALCZEWSKI, ul. Gen.
T. Bora- Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa została odrzucona.


DYREKTOR
dr inż. Adam Sidor