

Skarżysko-Kamienna, 04.07.2023 r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Czerwonego Krzyża 10
26-110 Skarżysko-Kamienna

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup 2 sztuk komór laminarnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu „Wzmocnienie Infrastruktury Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, wyposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

W związku z otrzymanym pytaniem zadaniem poza „Bazą Konkurencyjności” w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, udziela odpowiedzi:

I Pytanie do OPZ załącznik nr 2. Komora 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną II klasy o szerokości blatu roboczego 1250 mm i o pozostałych właściwościach zgodnych z OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny z uwagi na ograniczoną powierzchnię pomieszczenia laboratoryjnego.

II Pytanie do OPZ załącznik nr 2. Komora 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną II klasy o szerokości blatu roboczego 1561 mm i o pozostałych właściwościach zgodnych z OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny z uwagi na ograniczoną powierzchnię pomieszczenia laboratoryjnego.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Skarżysku-Kamiennej
Anna Chrzanowska
SPECJALISTA W DZIEDZINIE
ZDROWIA PUBLICZNEGO