



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA**  
w Rzeszowie  
ul. Wierzbowa 16  
35 - 959 Rzeszów

Rzeszów, dnia 21.10.2024 r.

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawcy II**

*Dotyczy: Zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa pomocniczych materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Rzeszowie”*

**Znak sprawy: OZ.272.1.37.2024.AO**

Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Rzeszowie, przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.10.2024 r. i dotyczyły zapisów Zapytania ofertowego i jego załączników:

#### **Pytanie 1**

Dotyczy: zadania 2.9 – pozycja 1

Butelki z tiosiarczanem występują **20 mg/l**, nie 10 mg/l tak jak jest w pisie przedmiotu zamówienia.

Proszę o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie butelek z tiosiarczanem sodu 20 mg/l.

**DYREKTOR**  
*dr inż. Adam Sidor*