

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zakupu autoklawu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, w związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu laboratoryjnego, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania zamówienia na ww. sprzęt.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą „Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez remont oraz doposażenie w sprzęt” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, typ projektu: wsparcie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Przedmiot zamówienia:

Opis	Wymagania minimalne Zamawiającego
System	Autoklaw laboratoryjny automatyczny z komorą pionową i drukarką
Komora	Pionowa o pojemności 85 litrów wykonana ze stali nierdzewnej Wymiary: -głębokość 68-69 -średnica 37-38
Wymiary	Szerokość 73cm +/- 1 cm Wysokość 100cm +/- 2cm Głębokość 70cm +/- 2 cm
Wnętrze	-Dwie wewnętrzne elastyczne sondy do pomiaru temperatury sterylizowanych przedmiotów -wbudowana pompa próżniowa -wbudowany filtr biologiczny - wbudowany generator pary
Sterylizacja	Zakres temperatury sterylizacji 105°C ÷138°C Czas sterylizacji 1÷99 minut
Instalacja	-zasilanie 3 fazowe 400V ,50/60 Hz
Drzwi	-otwierane automatycznie -wykonane ze stali nierdzewnej
Oprogramowanie	- port do walidacji -10 standardowych programów sterylizacji z możliwością dodania własnych programów -złącze USB do transmisji danych - program do czyszczenia automatycznej komory

Dodatkowo	<ul style="list-style-type: none"> -rozkład temperatur podczas sterylizacji na dwóch różnych poziomach w 3 punktach każdy poziom w temperaturze 121°C 15 minut; 128°C 20 minut, 134°C 15 minut -wbudowana drukarka -kosze 2 sztuki -pojemnik na kondensat -płyta na dno do stawiania koszy i naczyń -kółka umożliwiające przesuwanie urządzenia , dwa kółka z czterech posiadające hamulce -instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołączona do dostawy -wyświetlacz LCD z menu w języku polskim z pamięcią wewnętrzną do min.100 cykli - transport z ubezpieczeniem - rozładunek, wniesienie i instalacja - szkolenie z obsługi sprzętu i konserwacji - gwarancja minimum 24 miesiące
-----------	--

2. Planowany termin realizacji:

Dostawa w IV kwartale 2023 r.

3. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej

Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia **31-05-2023 r.** w wersji elektronicznej, zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym, na adres e-mail: monika.stepien@sanepid.gov.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy, na wskazany wyżej adres.

4. Informacje dodatkowe:

Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.