

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

## ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

### Dotyczy: zakupu pompy perystaltycznej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, w związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu laboratoryjnego, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania zamówienia na ww. sprzęt.

Zamówienie będzie realizowane będzie w ramach projektu pod nazwą „Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez remont oraz doposażenie w sprzęt” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, typ projektu: wsparcie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

#### 1. Przedmiot zamówienia:

Opis	Wymagania minimalne Zamawiającego
System	Pompa dozująca służąca do seryjnego rozlewania pożywek mikrobiologicznych
Oprogramowanie	-Ekran z klawiaturą -Oprogramowanie sterujące przyrządem służące do napełniania : -próbówek -szalek Petriego -do dozowania objętości minimum od 50µl do 1 L
Dodatkowo	-możliwość kalibracji i modyfikacji programu -do pompy dołączony pistolet dozujący -instrukcja obsługi w języku polskim -szkolenie w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji -gwarancja 24 m-ce -transport -rozładunek z wniesieniem -montaż

#### 2. Planowany termin realizacji:

Dostawa w IV kwartale 2023 r.

#### 3. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej

Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia **31-05-2023 r.** w wersji elektronicznej, zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym, na adres e-mail: [monika.stepien@sanepid.gov.pl](mailto:monika.stepien@sanepid.gov.pl)

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy, na wskazany wyżej adres.

#### 4. Informacje dodatkowe:

Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.