



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.45.2024.AW
Warszawa, 18 kwietnia 2024

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu ul. Bolesława Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.03.00-00-0165/22 „Doposażenie i modernizacja pomieszczeń jednostki publicznej służby krwi jako niezbędne działania do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post procedury zawierania umów.
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 15 luty 2024 r. Data zakończenia kontroli: 12 kwietnia 2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowań przeprowadzonych w trybie: 1. podstawowym „Dostawa 2 sztuk wirówek do krwi lub jej składników wraz z wyposażeniem - III postępowanie” Nr referencyjny: ZP/31/2023, nr ogłoszenia 2023/BZP 00358732/01; 2. zapytania ofertowego „Dostawa 3 sztuk wirówek laboratoryjnych” Nr referencyjny: ZP/14/2023.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	W przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji w postępowaniu nr ZP/31/2023, nr ogłoszenia 2023/BZP 00358732/01 stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej.
Opis stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wskazanie artykułów ustawy pzp, które zostały naruszone – jeśli dotyczy.	W postępowaniu ZP/31/2023, nr ogłoszenia 2023/BZP 00358732/01 stwierdzono nieprawidłowość: 1. Naruszenie art. 99 ust. 1 ustawy Pzp – niewystarczająca lub nieprecyzyjna definicja przedmiotu zamówienia. Opis w specyfikacji warunków zamówienia jest niewystarczający lub niedokładny i może uniemożliwiać potencjalnym

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<p>oferentom/kandydatom pełne określenie przedmiotu zamówienia, co może mieć skutek odstrasżający, potencjalnie ograniczający konkurencję.</p> <p>W Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający określił jeden z wymaganych parametrów jako „3. Waga urządzenia z wyposażeniem i donacjami do 675 kg/m²”. Dodatkowo w pkt V.3 SWZ zawarto zapis „Zamawiający informuje, iż zgodnie z ekspertyzą techniczną pomieszczeń, w których będą usytuowane urządzenia, obciążenie użytkowe stropu nie może przekroczyć 675 kg/m²”.</p> <p>Powyższe nieprecyzyjne zapisy doprowadziły do powstania wątpliwości podczas oceny ofert, co do spełniania ww. wymogu przez zaoferowane urządzenia, prowadzące do konieczności powołania rzeczoznawcy.</p> <p>2. Naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz art. 255 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający zaniechał odrzucenia ofert, których treść była niezgodna z warunkami zamówienia, a także zaniechał unieważnienia postępowania, w którym wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.</p> <p>W Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający określił jeden z wymaganych parametrów jako „3. Waga urządzenia z wyposażeniem i donacjami do 675 kg/m²”. Dodatkowo w pkt V.3 SWZ zawarto zapis „Zamawiający informuje, iż zgodnie z ekspertyzą techniczną pomieszczeń, w których będą usytuowane urządzenia, obciążenie użytkowe stropu nie może przekroczyć 675 kg/m²”.</p> <p>Tak skonstruowane wymagania spowodowały, że żaden z wykonawców nie mógł złożyć oferty zgodnej z warunkami zamówienia, albowiem nie istnieje urządzenie, którego waga mogła być wyrażona w kg/m². Tym samym Zamawiający powinien był odrzucić złożone w postępowaniu oferty, unieważnić postępowanie, skorygować opis przedmiotu zamówienia i wszcząć kolejne postępowanie.</p> <p>Ponadto stwierdzono uchybienia:</p> <p>a) w zakresie oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp,</p>
--	--

	<p>b) Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu termin związania ofertą wyrażony w dniach.</p> <p>Zamawiający powinien określić w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty (art. 307 ust. 1 Pzp).</p>
--	--

Hubert Milanowicz
Naczelnik
/dokument podpisany elektronicznie/