

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525,526,527
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywienia i P.U. – 520,521,522

Epidemiologia – 510,511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514
Kadry/Księgowość/Kasa – 509,505,506

Nr OZP-272-01-49-(1)/ 20

Gliwice, dnia 19.03.2021 r.

**Potencjalni
Wykonawcy
w postępowaniu
nr OZP-272-01-33/21**

Pytanie 13 (dotyczy: Pakiet VII)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża z minimum 6-tygodniowym terminem ważności od daty dostawy?

Oferowany produkt, z uwagi na obecność krwi baraniej w składzie, posiada w dniu produkcji 55-dniowy termin ważności, odliczając czas potrzebny na kontrolę jakości oraz dostawę produkt w dniu dostawy będzie posiadał min. 6-tygodniowy termin ważności.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 14 (dotyczy: Pakiet VII)

Czy Zamawiający w pozycji nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków na oksydazę w opakowaniu zawierającym 50 sztuk i tym samym zaoferowanie 1 takiego opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 15 (dotyczy: Pakiet VII)

Czy Zamawiający w pozycji nr 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o składzie przedstawionym poniżej?

Skład w g/l wody destylowanej:

Ekstrakt drożdżowy 3,0 g

Purpura
bromokrezolowa 0,015 g

Glukoza 1,0 g

Arginina 5,0 g

pH: $6,7 \pm 0,2$ w temperaturze 25°C .

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 16 (dotyczy: Pakiet VII)

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o składzie przedstawionym poniżej?

Skład w g/l wody destylowanej:

Ekstrakt drożdżowy..... 3,0 g

Purpura bromokrezolowa..... 0,015 g

Glukoza..... 1,0 g

Ornityna..... 5,0 g

pH: $6,7 \pm 0,2$ w temperaturze 25°C .

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 17 (dotyczy: Pakiet VII)

Czy Zamawiający w pozycji nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o składzie przedstawionym poniżej?

Skład w g/l wody destylowanej:

Ekstrakt drożdżowy 3,0 g

DL-fenylalanina 2,0 g

Wodorowęglan sodu x
 $12\text{H}_2\text{O}$ 1,0 g

Chlorek sodu 5,0 g

Agar 12,0 g

pH: $7,2 \pm 0,2$ w temperaturze 25°C .

Pytanie 18 (dotyczy: Pakiet VII)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 19 (dotyczy: Pakiet nr VIII)

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża o składzie przedstawionym poniżej?
Skład w g/l wody destylowanej:

Ekstrakt wołowy	5,0 g
Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych	2,5 g
Enzymatyczny hydrolizat kazeinowy	2,5 g
Laktoza	10,0 g
Cytrynian sodu	8,5 g
Sole żółci	8,5 g
Tiosiarczan sodu	8,5 g
Zieleń malachitowa	0,00033 g
Cytrynian żelaza	1,0 g
Agar	13,5 g
Czerwień obojętna	0,025 g

pH: $7,0 \pm 0,2$ w temperaturze 25°C.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 20 (dotyczy: Pakiet nr VIII)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gliwicach
mgr Arleta Mrugała