



Miłków, dnia 22.02.2023

Zn. spr.: SG.270.1.3.2023

**Uczestnicy postępowania
Nr SG.270.1.3.2023**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawę odczynników chemicznych**”

Art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – „PZP”) stanowi, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania do postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 PZP w trybie podstawowym bez negocjacji.

Pytanie nr 1

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące części 4 postępowania SG.270.1.3.2023: Czy Zamawiający zgodzi się na produkt: marker masy do elektroforezy żelowej zawierający w zestawie barwnik obciążający 6X TriTrack DNA Loading Dye? Oferowany marker masy do elektroforezy spełnia wszystkie pozostałe wymagania z OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na marker masy do elektroforezy żelowej zawierający w zestawie barwnik obciążający 6X TriTrack DNA Loadning Dye.

Pytanie nr 2

Dotyczy produktu z pozycji 3 - pakiet III.

Wnosimy o usunięcie w/w produktu z pozycji 3 pakietu III.

Z dniem 01 marca 2023 r. Producent firma Thermo Fisher Scientific wycofuje odczynnik z produkcji.

W załączniku przedstawiamy list od producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie z Pakietu nr III pozycji nr 3. Dodatkowo Zamawiający zmieni ilość zamawianego odczynnika w Pakiecie nr III pozycja nr 4) z ilości 1 opakowania na 12 opakowań. Zamawiający zmieni treść SWZ i treść ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 3

1. Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 5, - pakiet III.

Zamawiający zapisał:

„Jeżeli przy dostawie Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Umowy (Pakiet nr ...) w terminie uzgodnionym w protokole przez Zamawiającego. Potwierdzeniem przyjęcia dostawy jest protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad;“

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Jeżeli przy dostawie Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Umowy (Pakiet nr ...) w terminie do 21 dni ~~uzgodnionym w protokole przez Zamawiającego~~. Potwierdzeniem przyjęcia dostawy jest protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad;“

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy, deklaruje czas dostawy do 21 dni. Odczynniki wymienione w pakiecie III są produkowane i magazynowane poza granicami kraju.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę zapisu w części dla Pakietu nr V w umowie na zapis: „w terminie do 21 dni . Potwierdzeniem przyjęcia dostawy jest protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad”.

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w załączniku nr 4 do SWZ, tj. w umowie w § 2 ust. 5.

Pytanie nr 4

2. Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 1, - pakiet III.

Zamawiający zapisał:

„ Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w sposób następujący:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących okolicznościach:

- a. w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wykonania określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
- b. w przypadku zwłoki w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad/usterek w protokole odbioru,
- c. w przypadku zwłoki w usunięciu wad/usterek Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady – wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki stosunku do dnia

wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad/usterek, lub określonego w Umowie,

d. za odstąpienie od Umowy z powodu istotnego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.“

Prosimy o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących okolicznościach:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% **wartości dostawy**

~~wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy~~, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wykonania określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

b. w przypadku zwłoki w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% **wartości dostawy wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wskazanego przez

Zamawiającego na usunięcie wad/usterek w protokole odbioru,

c. w przypadku zwłoki w usunięciu wad/usterek Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% **wartości dostawy wynagrodzenia**

~~określonego w § 3 ust. 1 Umowy~~, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad/usterek, lub określonego w Umowie,

d. za odstąpienie od Umowy z powodu istotnego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż realizacja dostaw w ramach pakietu III przebiegnie w dwóch transzach. Dlatego też kara powinna być liczona od wartości dostawy a nie od wartości umowy tak jak to jest w przypadku innych pakietów.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę w częściach nr II i III. Zamawiający dokona zmiany SWZ i wzoru umowy, która jest załącznikiem do SWZ.

Z poważaniem
Anna Wondolowska-Grabowska
Dyrektor LBG Kostrzyca
/podpisano elektronicznie/