



Nasz znak: SAT.272.2.2023.AC

Skierniewice, dnia 10 lipca 2023 r.

### Pytania i odpowiedzi nr 7

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

nr postępowania SAT.272.2.2023.AC

#### Dotyczy części nr 6 – Dygestoria 6 szt.

„ Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dygestoriów z oknem ze szkła bezpiecznego VSG, a nie jak w opisie ze szkła hartowanego?  
Powszechnie w laboratoriach nie stosuje się szkła hartowanego, ponieważ stanowi duże niebezpieczeństwo przy ewentualnym wybuchu.”

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

KIEROWNIK SEKCJI  
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ  
PSSE W SKIERNIEWICACH

  
mgr Andrzej Czarnecki

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Skierniewicach

  
z up. mgr Dorota Rosińska  
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach

