

Nr sprawy: EA-ZP.272.7.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
www.wsse-poznan.pl
zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU
ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań

NIP: 778-11-71-963
REGON: 000294065
tel. 61 8544890

<https://bip.wsse-poznan.pl/>
<https://wsse-poznan.pl/>
zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu”

CPV:

38432200-4	Chromatografy
------------	---------------

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia **nie przekracza** równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, do Laboratorium Badania Wody i Gleby (ul. Nowowiejskiego 21).**

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ.

2. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE/OFERTA WARIANTOWA/ZAMÓWIENIA UZUPELNIAJĄCE/PRAWO OPCJI...

- 2.1. Zamawiający **dopuszcza/nie dopuszcza** możliwość złożenia oferty częściowej.
- 2.2. Zamawiający **dopuszcza/nie dopuszcza** możliwości złożenia oferty wariantowej.

u

- 2.3. Zamawiający **dopuszcza/nie dopuszcza** możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
- 2.4. Zamawiający **dopuszcza/nie dopuszcza** zawarcia umowy ramowej.
- 2.5. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
- 2.6. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** zastosowania aukcji elektronicznej.
- 2.7. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** zorganizowania wizji lokalnej.
- 2.8. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.
- 1) możliwość zmiany terminu wykonania umowy;
Zamawiający **dopuszcza** możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, na uzasadniony wniosek wykonawcy.
 - 2) możliwość zmian kar umownych;
Zamawiający **dopuszcza** możliwość zmiany wysokości kar umownych, na uzasadniony wniosek wykonawcy.
 - 3) zmiana stawki VAT;
Zamawiający **dopuszcza** możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, w razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
 - 4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty zadania)

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: **maksymalnie 8 tygodni od daty zawarcia umowy.**

4. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 4.1 **Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;**
- 4.2 **Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**
- a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**
Zamawiający **wyznacza/nie wyznacza** szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**
Zamawiający **wyznacza/nie wyznacza** szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - c) **zdolności technicznej lub zawodowej;**
Zamawiający **wyznacza/nie wyznacza** szczegółowe warunki w tym zakresie.
- 4.3 **Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych:**
- a) **Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.**
 - b) **Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

M

c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13--22 oraz 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

e) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

f) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

g) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia określonych w pkt. 4.5.2 SIWZ W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW NA KTÓRYCH ZASOBACH POLEGA w zakresie w jakim zasoby są udostępniane.

4.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających:

4.5.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu: brak

4.5.2. brak podstaw wykluczenia:

- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

M

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust 6 ustawy oraz pkt 16 ppkt 4,

4.6 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 13.4 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu w oryginale informację stanowiącą załącznik nr 3C do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wraz z informacją Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1. Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:

- a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
- b) Wypełnione i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów wymaganych”;
- c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ;
- d) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 3A do SIWZ;
- e) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, to jest: opisy, karty produktów, itp.;
- f) Certyfikat CE;

5.2. „Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz „Oświadczenia” winny być sporządzone przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ i winny być podpisane przez upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach wskazanych we wzorach (pieczęć imienna oraz podpis lub pieczęć firmowa i czytelny podpis) oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

5.3. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do SIWZ, winny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego.

5.4. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y) upoważnioną(e) (pieczęć imienna oraz podpis lub pieczęć firmowa i czytelny podpis). Kserokopię dopuszcza się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego notarialnie. Złożenie kopii pełnomocnictwa notarialnego poświadczonego samodzielnie przez pełnomocnika nie jest wystarczające i skutkuje wezwaniem do uzupełnienia.

5.5. Kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę.

5.6. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty winny być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, bądź nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferta musi być sporządzona w sposób zapobiegający możliwości zmiany jej zawartości.

5.7. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:

a) posiadać oznaczenie:

„Dostawa chromatografu EA-ZP.272.7.2018

Nie otwierać przed dniem 30 maja 2018 r. godz. 10:15”

b) opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub słownie nazwą firmy i adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);

c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

5.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, oraz złoży zamienną ofertę oznaczoną jak w pkt 5.7 SIWZ oraz dodatkowo podpisaną „zmiana” lub „wycofanie”.

5.9. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

5.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

6. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prowadzonego w celu zawarcia umowy (**np. spółka cywilna, konsorcjum**). W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.

Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.

6.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców o których mowa w pkt. 6.1. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w pkt. 6.1 została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia wadium

u

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 8.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na **3 dni** przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż **60 dni**.
- 8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 8.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w **pkt 8.2 i 8.3 SIWZ**, powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.

9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż **na 2 dni przed upływem terminu składania ofert**.
- 9.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż **do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert**, określonego w **pkt 11.2 SIWZ**.
- 9.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w **pkt 9.2 SIWZ**, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 9.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w **pkt 9.2 SIWZ**.
- 9.5. **Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.**
- 9.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji udostępni na swojej stronie internetowej.
- 9.7. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej Zamawiającego na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu.
- 9.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. OPIS SPOSÓBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 10.1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
 - 1) pisemnie na adres Zamawiającego;
 - 2) drogą elektroniczną: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl
 - a) zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia treści złożonych ofert,

ll

wezwania oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione powyżej.

10.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa wyżej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane drogą elektroniczną, w związku z tym, umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta **w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.**

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

11.1. Ofertę **oznaczoną w sposób określony w pkt. 5.7 należy:**

a) **przesłać** na adres Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań z **oznaczeniami określonymi w pkt. 5.7 SIWZ**, w terminem doręczenia określonym w **pkt 11.2 SIWZ**,

b) **lub złożyć** w **KANCELARII** Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, I piętro, w terminie doręczenia określonym w **pkt 11.2 SIWZ**.

11.2. Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2018 r. o godz. 10:00.

11.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w **pkt 11.2 SIWZ** oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – 50 %

Parametry techniczne - 40%

Gwarancja i przeglądy serwisowe – 10%

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM CENA – 50%

Liczba punktów = [(Najniższa oferowana cena brutto/Cena badanej oferty) x 100] x 50%

Maksymalnie 50 punktów.

PARAMETRY TECHNICZNE - 40%

Precyzja przepływu fazy ruchomej	> 0,07 % - 0 pkt. ≤ 0,07 % - 10 pkt.
Błąd przenoszenia (carry over)	≥ 0,004 % - 0 pkt. < 0,004 % - 10 pkt.
Detektor fluorescencyjny: Czułość: Raman (H ₂ O) S/N	< 3000 - 0 pkt. ≥ 3000 - 10 pkt.
Detektor UV/VIS z matrycą diodową: Liczba elementów światłoczułych (diod)	≤ 1024 - 0 pkt. > 1024 - 10 pkt.

Maksymalnie 40 punktów.

GWARANCJA I PRZEGLĄDY SERWISOWE – 10%

Nieodpłatny przegląd serwisowy w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym z Zamawiającym:

1 przegląd - 0 punktów

Gwarancja:	2 przeglądy – 5 punktów
	24 do 35 miesięcy – 0 punktów
	36 i więcej miesięcy – 5 punktów
Maksymalnie 10 punktów	

Wybór Wykonawcy.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie.

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

13. OTWARCIE, BADANIE I OCENA OFERT

- 13.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 maja 2018 r. o godz. 10:15** w pokoju nr 208 (II piętro) siedzibie Zamawiającego, pod adresem: ul. Libelta 36, 61-707 Poznań.
- 13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 13.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: <https://bip.wsse-poznan.pl/>, w zakładce „Przetargi” informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 13.5. **Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
- 13.6. Jeżeli wykonawca, którego została uznana jako najkorzystniejsza nie złożył oświadczeń, , dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 13.7. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Wyjątek stanowią zastrzeżone przez wykonawcę informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIĄĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA**”, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które nie są jawne i nie będą udostępnione innym uczestnikom postępowania **pod warunkiem**, że wykonawca nie później niż

u

- 4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 15.3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 15.2, ppkt 1 lub 4 na stronie internetowej.
- 15.4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający może zawrzeć umowę w krótszym terminie.
- 15.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 16.1. Zamawiający ~~wymaga~~ **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

- 17.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- 18.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- 18.2 Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

19. INFORMACJE DODATKOWE

- 19.1 Jeżeli ostatni dzień terminów wskazanych w SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Załączniki:

Nr 1	Formularz ofertowy
Nr 2	Zestawienie parametrów wymaganych
Nr 3	Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia
Nr 3A	Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Nr 3B	Zobowiązanie innych podmiotów
Nr 3C	Oświadczenie – grupa kapitałowa
Nr 4	Wzór umowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Jacek Szopka

w terminie składania ofert **zastrzeżł**, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- 13.8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w ich treści.
- 13.9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 13.10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

14. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

- 14.1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i „Zestawienia parametrów wymaganych” i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia.
- 14.2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
- 14.3. Cenę należy podać w polskich złotych.
- 14.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
- 14.5. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
- 14.6. Błędy w obliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty.
- 14.7. Zamawiający poprawia w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 14.8. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty

15. **WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY**

- 15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów określonych w pkt. 12 SIWZ.
- 15.2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,



....., dnia.....2018 r.

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA FIRMY: _____

REGON FIRMY: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NIP FIRMY: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:

_____, _____, _____, _____, _____,

_____, _____,

Internet: http:// _____ e-mail: _____ @ _____

numer kierunkowy: _____ tel. _____ faks _____

OFERTA

W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę wysokosprawnego chromatografu ciekłego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

.....

(nazwa urządzenia, model, producent)

za cenę:

wartość netto PLN (słownie złotych)

VAT: % PLN (słownie złotych)

wartość brutto PLN (słownie złotych)

oraz udzielamy gwarancji na całość zaoferowanego sprzętu na okres miesięcy od podpisania protokołu odbioru i oferujemy nieodpłatnych przeglądów serwisowych.

Termin realizacji: zgodnie z warunkami umowy, SIWZ i załączników do niej w terminie **maksymalnie 8 tygodni od daty zawarcia umowy.**

Płatność - w terminie 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem¹?

Tak* Nie*

mikroprzedsiębiorstwo*

małe przedsiębiorstwo*

średnie przedsiębiorstwo*

Część zamówienia, których wykonanie będzie powierzzone podwykonawcom:

.....

 (nazwa podwykonawcy) (zakres robót)

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaze informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

W realizacji przedmiotu zamówienia **będziemy/nie będziemy*** polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (jeżeli wykonawca sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zaznacza: „będziemy”, jeżeli sam spełnia postawione warunki zaznacza „nie będziemy”).

* właściwie zaznaczyć

(Nazwa i adres innego podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca)

.....
 Ponadto oświadczamy, że:

- a. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania umowy.
- b. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a w tym z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnego z uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- c. zapoznaliśmy się z modyfikacją SIWZ, jeśli taka była.
- d. uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
- e. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- f. osoby skierowane do realizacji zamówienia nie były nigdy karane za naruszenie prawa;

¹ Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

g. w przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:

-
-

(imię, nazwisko, stanowisko)

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w toku toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:

Pan*/Pani*:

Stanowisko służbowe:

tel.: fax:

e-mail:

Integralną część niniejszej oferty stanowi:

1. str. od..... do.....
2. str. od..... do.....
3. str. od..... do.....
4. str. od..... do.....
5. str. od..... do.....

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Chromatografu cieczowego z wyposażeniem i oprogramowaniem

Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku gdy w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” jest: „TAK” - Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” potwierdza spełnienie wymogu wpisując „TAK”; niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

„Należy podać” - Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” wpisuje jakie parametry posiada zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia; niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

Podane parametry mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie choćby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Tabela 1.

Opis	Wymagania minimalne Zamawiającego	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane
Dokumentacja	Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty producenta , potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań minimalnych oraz kryteriów pozacenowych. Przykładem takich dokumentów mogą być m.in.: specyfikacja techniczna, broszura informacyjna lub dane techniczne – wyłącznie producenta.	TAK	
	W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca prześle: <ul style="list-style-type: none"> • pełną dokumentację techniczną urządzenia w języku producenta wraz z jej polskim tłumaczeniem, w formie drukowanej (oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formacie *.pdf lub *.doc; • kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej; • certyfikat CE na oferowane urządzenie. <p>Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania.</p>	TAK	
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonawca zamówienia udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem zamówienia minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; 	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. 		
Dostawa i uruchomienie	Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, dostosować do istniejącej instalacji, uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia oraz zademonstrować pełną sprawność dostarczonych urządzeń.	TAK	
Wymagania serwisowe	<ul style="list-style-type: none"> Autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce z minimum dwoma inżynierami serwisu przeszkolonymi przez producenta (załączyć odpowiednie imienne certyfikaty producenta) Serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego; Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim oraz posiadali minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych chromatografów cieczowych; Czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii; Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu: nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii; W przypadku awarii urządzenia, wymagającej zamówienia części serwisowych, przywrócenie sprawności urządzenia nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy; W okresie gwarancji Zamawiający wymaga pełnej nieodpłatnej obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta; Zamawiający wymaga wykonania minimum jednego nieodpłatnego przeglądu serwisowego w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym z użytkownikiem; Dodatkowo, wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail; Części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat od daty zakupu urządzenia. 	TAK	
Szkolenie wstępne	<ul style="list-style-type: none"> W siedzibie Zamawiającego, w czasie instalacji urządzenia; Czas trwania szkolenia nie krótszy niż 2 dni; Szkolenie obejmujące 2 ÷ 4 osób. 	TAK	
Szkolenie	<ul style="list-style-type: none"> Z obsługi sprzętu i oprogramowania; Czas trwania szkolenia nie krótszy niż 	TAK	

aplikacyjne	<p>3 dni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szkolenie obejmujące 2 ÷ 4 osób, w ustalonym terminie oraz w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż 4 miesiące od daty instalacji urządzenia; • Minimalny zakres szkolenia: <ul style="list-style-type: none"> - bieżąca obsługa urządzenia; - programowanie urządzenia; - konfiguracja parametrów pracy; - konserwacja urządzenia; - rozpoznawanie awarii; - wykonanie przykładowych oznaczeń dla m.in. WWA (zgodnie z normą PN-EN ISO 17993:2005), fenoli, formaldehydu, w próbkach rzeczywistych, <ul style="list-style-type: none"> • Filmy instruktażowe w języku polskim lub angielskim obejmujące pełen zakres regularnych czynności konserwacyjnych podejmowanych przez użytkownika. • Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem. 		
-------------	--	--	--

Tabela 2. Wymagania szczegółowe

Opis	Wymagania minimalne Zamawiającego	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane
Ogólne	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie fabrycznie nowe z produkcji seryjnej; • Zasilanie 230 V / 50 Hz; • System modułowy typu <i>bench-top</i>, stojący na stole. 	TAK	
	Nieodpłatny przegląd serwisowy w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym z użytkownikiem	TAK <i>Uwaga: Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
	Gwarancja minimum 24 miesiące.	TAK <i>Uwaga: Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
	Współpraca chromatografu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu.	TAK	
	Możliwość rozbudowy o detektor mas typu potrójny kwadrupol do analiz ilościowych, tego samego producenta w celu zapewnienia zgodności serwisowych.	TAK	

	Pełna kompatybilność chromatografu cieczowego z posiadanym przez jednostkę kwadropolowym spektrometrem ICP-MS model 7800 w celu zapewnienia zgodności serwisowych	TAK	
Układ dostarczania fazy ruchomej	Chromatograf cieczowy czterokanałowy z funkcją mieszania eluentów po stronie niskiego ciśnienia, pracujący w zakresie ciśnień roboczych do 600 bar.	TAK	
	Aktywne omywanie tłoków pompy.	TAK	
	Zakres operacyjny przepływu fazy ruchomej od 0,001 mL/min do 10 mL/min z przyrostem 0,001 ml/min.	TAK	
	Precyzja mieszania zawartości kanałów z fazą ruchomą: < 0,2 % RSD	TAK	
	Programowalny skład fazy ruchomej w zakresie 0 – 100 % z przyrostem, co 0,1 %	TAK	
	Zintegrowane odgazowanie fazy ruchomej dla wszystkich kanałów.	TAK	
	Automatyczna kompensacja ściśliwości fazy ruchomej.	TAK	
	Precyzja przepływu fazy ruchomej: < 0,1 % RSD	TAK <i>Uwaga: Parametr oceniwany jako kryterium pozacenowe</i>	
Dokładność przepływu fazy ruchomej nie gorsza niż $\pm 1\%$.	TAK		
Termostat kolumn	Dwa termostaty kolumnowe o zakresie temperatur: od 10°C poniżej temp. otoczenia do + 80°C, stabilność temperatury $\pm 0,1$ °C, dokładność temperatury: $\pm 0,5$ °C. Termostat wyposażony w co najmniej 2 niezależnie kontrolowane bloki chłodzące/grzejne, umożliwiające podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną. Możliwość jednoczesnego zainstalowania w termostacie co najmniej 4 kolumn o długości 30 cm wraz z adapterami i przedkolumnami. Termostaty wyposażone w zawór 4 pozycyjny, 10 portowy do przełączania między kolumnami.	TAK	
Układ wprowadzania próbki	Automatyczny podajnik próbek na minimum 130 fiolek o objętości 2ml.	TAK	
	Automatyczny podajnik próbek przystosowany do obsługi różnych rodzajów fiolek HPLC (pojemników o różnych objętościach)	TAK	
	Możliwość chłodzenia automatycznego podajnika próbek.	TAK	

	Zakres objętości wprowadzanej próbki od 0,1 µL do 100 µl w konfiguracji standardowej.	TAK	
	Precyzja nastrzyku automatycznego podajnika próbek nie gorsza niż 0,25 % RSD.	TAK	
	Błąd przenoszenia nie gorszy niż 0,005 %	TAK <i>Uwaga: Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
Detektor fluorescencyjny	Detektor fluorescencyjny pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 1200 nm i emisja min. 200 – 1200 nm. Częstotliwość zbierania danych 74 Hz.	TAK	
	Czułość detektora: Raman (H ₂ O) S/N > 2500.	TAK <i>Uwaga: Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
Detektor UV/VIS z matrycą diodową	Detektor diodowy o zakresie: 190-900 nm z programowalną szerokością szczelin: 1, 2, 4, 8, 16 nm.	TAK	
	Liczba elementów światłoczułych (diod) > 1000	TAK <i>Uwaga: Parametr oceniany jako kryterium pozacenowe</i>	
	dryft: < 0,9 x 10 ⁻³ AU/h przy 254 nm	TAK	
	Szumy krótkotrwałe: < 0,7 x 10 ⁻⁵ AU przy 254 nm.	TAK	
	Częstotliwość zbierania danych 120 Hz.	TAK	
	Cela przepływowa.	TAK	
Oprogramowanie do sterowania pracą chromatografu	<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie sterujące do kontroli wszystkich modułów urządzenia HPLC, umożliwiające kontrolę parametrów pracy z poziomu komputera; • System zabezpieczeń oraz monitoringu parametrów pracy; • Szeroki zakres możliwości raportowania pozwalający na przygotowanie raportu wg projektu użytkownika; • Kreator tworzenia metod analitycznych; • Podgląd wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym; 	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość bezpośredniego eksportu danych pomiarowych do arkusza kalkulacyjnego; • Licencje na oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem powinny dopuszczać przeniesienie licencji oprogramowania na inny komputer. Wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem umożliwiającym jego zainstalowanie na nowo. 		
Komputer stacjonarny do sterowania pracą chromatografu	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer z systemem operacyjnym Windows, odpowiednim do działania oprogramowania sterującego pracą chromatografu • Procesor wielordzeniowy Intel Core i7 • Minimum 8 GB RAM; • Dysk 256 GB SSD; • Dodatkowy dysk minimum 1 TB; • Napęd optyczny DVD+/-RW; • Minimum 8 portów USB; • Karta graficzna (może być zintegrowana z płytą główną); • Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s • Klawiatura; • Mysz optyczna; • Monitor min. 24", rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 pikseli; • Pakiet biurowy MS Office, pełna wersja interfejsu użytkownika. Licencja powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer (np. w przypadku awarii komputera) – licencja jednostanowiskowa. 	TAK	
Wyposażenie dodatkowe	<p>Zestaw materiałów zapasowych obejmujący minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw kapilar do zaworów przełączających wraz ze złączkami • Zestaw fryt min. 20 sztuk • Zestaw startowy • Ferule do HPLC • Zestaw 5 sztuk nakrętek do faz ruchomych HPLC z filtrami • Kolumna chromatograficzna do oznaczeń WWA z adapterem i zestawem 5 przedkolumn • Kolumna chromatograficzna do oznaczeń fenoli z adapterem i zestawem 5 przedkolumn • Kolumna chromatograficzna do oznaczeń formaldehydu z adapterem i zestawem 5 przedkolumn • Kolumna chromatograficzna do oznaczeń pestycydów karbaminianowych z adapterem i zestawem 5 przedkolumn • Kolumna chromatograficzna do oznaczeń mikrocystyn z adapterem i zestawem 5 przedkolumn • Zestaw fiolek 2ml, ze szkła ciemnego - min 	Należy podać	

	1000 szt. • UPS dostosowany do potrzeb układu HPLC • Lampa ksenonowa do detektora fluorescencyjnego • Zestaw lamp do detektora z matrycą diodową		
--	---	--	--

Tabela 3. Kryteria pozacenowe - Parametry techniczne:

Lp.	Parametr	Ilość przyznawanych punktów za spełniony parametr	Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić)
1.	Precyzja przepływu fazy ruchomej	> 0,07 % - 0 pkt. ≤ 0,07 % - 10 pkt.	
2.	Błąd przenoszenia (carry over)	≥ 0,004 % - 0 pkt. < 0,004 % - 10 pkt.	
3.	Detektor fluorescencyjny: Czułość: Raman (H ₂ O) S/N	< 3000 - 0 pkt. ≥ 3000 - 10 pkt.	
4.	Detektor UV/VIS z matrycą diodową: Liczba elementów światłoczułych (diod)	≤ 1024 - 0 pkt. > 1024 - 10 pkt.	
5.	Nieodpłatny przegląd serwisowy w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym z użytkownikiem	1 przeglądy - 0 pkt. 2 przeglądy - 5 pkt.	
6.	Gwarancja (minimalna wymagana 24 miesiące)	24 do 35 miesięcy - 0 pkt. 36 i więcej miesięcy - 5 pkt.	
Uwaga! Wykonawca załączy do każdego parametru z pkt. 1 - 6 dokumenty potwierdzające oferowaną wartość. Takim dokumentem może być specyfikacja techniczna (fabryczna).			

Cena- 50%

Parametry techniczne 40%

Gwarancja i przegląd serwisowy 10 %

.....
 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

....., dnia r.
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

....., dnia r.
(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CBiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.

.....
(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

.....
(podpis)

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 4.2 SIWZ.

....., dnia r.
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 4.2. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....

w następującym zakresie:

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia r.
(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

.....

(podpis)

ZOBOWIĄZANIE
innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy

.....
(nazwa firmy lub imię i nazwisko innego podmiotu)

.....
(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania innego podmiotu)

tel.:, faks:, e-mail:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

**„Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu”**

– zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(podać nazwę Wykonawcy, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia –
wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę)

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia

1) potencjał techniczny lub zawodowy - doświadczenie umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości)

a) **ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

.....
.....
.....
.....

b) **SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZY WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA**

.....
.....
.....
.....

Oświadczam, że znany jest mi fakt, że odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

....., dnia.....

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela innego podmiotu)



Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)**reprezentowany przez:**

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**(oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**„Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu”**w związku z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że:

- 1) **nie należę** do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu*
- 2) **należę** do grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu i w związku z tym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

1.

2.

(Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania kapitał.)

....., dnia r.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)***właściwe zaznaczyć****grupa kapitałowa** – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę



(PROJEKT)

UMOWA Nr
zawarta w dniu
w Poznaniu pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 23
61-705 Poznań
NIP: 778-11-71-963
reprezentowanym przez:

1.

a

WYKONAWCĄ:

.....
.....
.....

NIP :

który został wpisany do

.....

pod numerem :

reprezentowanym przez:

1.

2.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, na dostawę wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z wyposażeniem i oprogramowaniem została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa 1 szt. wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z wyposażeniem i oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją techniczną z oferty Wykonawcy.
2. Wartość niniejszej umowy określa się na kwotę:
netto : zł.
słownie :
brutto : zł.
słownie :
3. Termin wykonania zamówienia do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
4. Za moment wykonania zamówienia uważać się będzie datę protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty transportu, zainstalowania i uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

§ 2

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego wraz z następującymi dokumentami:
 - 1) specyfikacją techniczną producenta,
 - 2) instrukcją obsługi w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje,
 - 3) kartą gwarancyjną oraz dokument określający zasady świadczenia usług gwarancyjnych,
 - 4) fakturą VAT po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zainstaluje, uruchomi i przetestuje wszystkie urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, w celu zademonstrowania jego poprawnego działania, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego na warunkach wymienionych w specyfikacji technicznej z oferty Wykonawcy.

§ 3

Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki gwarancji:

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy na każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wymagane warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego:
 - 1) zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 2) Wykonawca prowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacyjne i naprawy sprzętu;
 - 3) Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim oraz posiadali minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych chromatografów ciekowych (HPLC);
 - 4) czas reakcji serwisu: nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;
 - 5) czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu: nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii;
 - 6) w przypadku awarii urządzenia, wymagającego zamówienia części serwisowych, przywrócenie sprawności urządzenia nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii;
 - 7) jeżeli w okresie gwarancyjnym będą max. 2 naprawy tego samego elementu/podzespołu/modułu w urządzeniu, wtedy Wykonawca wymieni element/podzespoł/moduł na nowy; Wykonawca wymieni cały chromatograf ciekowy (HPLC) na nowy w przypadku braku możliwości wymiany elementu/podzespołu / modułu;
 - 8) wymieniony element/podzespoł/ moduł lub chromatograf ciekowy (HPLC) ma być o parametrach nie gorszych niż poprzedni;
 - 9) okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy przedmiotu zamówienia;
 - 10) co najmniej jeden nieodpłatny przegląd serwisowy w okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym z użytkownikiem;
 - 11) okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego chromatografu ciekowego (HPLC) bądź elementu/podzespołu/modułu;

- 12) wszelkie naprawy będą odbywały się u Zamawiającego; w przypadku konieczności napraw poza siedzibą Zamawiającego – wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił Wykonawca (Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów w związku z naprawami wadliwego chromatografu cieczowego (HPLC), w tym kosztów transportu nowych elementów/podzespołów/modułów);
 - 13) części zamienne dostępne będą przez okres minimum 10 lat od daty zakupu urządzenia;
 - 14) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami biegłymi władającymi językiem polskim, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zakresie obsługi i serwisowania chromatografów cieczowych (HPLC);
 - 15) serwis gwarancyjny pełnić będzie:
(adres + dane kontaktowe)
3. Ogólne Warunki Gwarancji Wykonawcy nie mogą w żaden sposób pośredni lub bezpośredni ograniczać zapisów gwarancyjnych zawartych w niniejszej umowie, określonych w § 4.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia :

1. Jeżeli parametry przedmiotu zamówienia nie będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, a Wykonawca nie może żądać zapłaty za dostawę nie spełniającą wymagań Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że w przypadku niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy, niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy.
3. Za niedotrzymanie gwarancji i warunków serwisu gwarancyjnego, określonych w § 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnych lub serwisowych.
4. Za niewykonanie umowy przez Wykonawcę, niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości umowy. W szczególności niewykonaniem umowy będzie opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekraczające 7 dni.
5. Wysokość kar umownych ustalona będzie od wartości brutto umowy.
6. Jeżeli Zamawiający poniósł rzeczywistą szkodę wyższą niż kara umowna, strony mogą dochodzić odszkodowań od wartości faktycznie poniesionej szkody.

§ 6

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy lub rozwiązać Umowę w trybie i na zasadach określonych w art. 145 i 145a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 8

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy, nie uzgodnione polubownie, rozstrzygać będą właściwe rzeczowo i miejscowo Sądy Powszechne.

§ 9

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA