



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lesznie

Leszno, 22.06.2022r.

Znak sprawy OEA-SA.272.3.2022

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali
SWZ na: „Dostawę materiałów do
badań laboratoryjnych dla Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lesznie.”**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania następującej treści:

Pytanie 1:

Dotyczy: Część 1 – Wzorce barwy i mętności (załącznik nr 7 do SWZ)

Pozycja 3. Zestaw kalibracyjny dedykowany do mętnościomierza TURB 430IR składa się z wzorców o wartości mętności: 0,02 NTU; 10 NTU; 1000 NTU. Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską podając wartość 100 NTU zamiast 1000 NTU?

Odpowiedź:

TAK. Pozycja 3 winna mieć treść:

„Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza TURB 430IR o mętności : 0,02 NTU; 10 NTU; 1000 NTU.”

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
Sektora Administracyjna
tel. 65 526 15 15 wew. 55
zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-leszno
PSSELeszno/SkrytkaESP

Pytanie 2:

Dotyczy: Część 1 – Wzorce barwy i mętności (załącznik nr 7 do SWZ)

Pozycja 3: Zestaw wzorców kalibracyjnych do mętnościomierza TURB 430IR wyspecyfikowany przez Zamawiającego nie jest akredytowany zgodnie z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw wzorców bez akredytacji?

Odpowiedź:

TAK, ale tylko dedykowany dla aparatu firmy WTW TURB 430IR.