



Nasz znak: SAT.272.2.2023.AC

Skierniewice, dnia 10 lipca 2023 r.

### Pytania i odpowiedzi nr 8

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego.


nr postępowania SAT.272.2.2023.AC

#### Dotyczy części nr 4 – Dilutor

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia o rozdzielczości do wagi 200g 0,01g i dokładności w zakresie 0 do 100g $\pm$ 0,05g w zakresie od 100 do 5000g $\pm$ 0,1% spełniającego pozostałe wymagania?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

KIEROWNIK SEKCJI  
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ  
PSSE W SKIERNIEWICACH  
  
mgr Andrzej Czarnecki

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Skierniewicach  
  
z up. mgr Dorota Rosińska  
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach

