

**Informacja dla jednostek ochrony zdrowia planujących rozpocząć działalność
związaną z narażeniem polegającą na stosowaniu aparatów rtg do celów
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii
schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej**

W związku z wejściem w życie z dniem 25.09.2021 r. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2021 r., poz. 1667), Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż **na kierownika jednostki organizacyjnej wnioskującej o wydanie zezwolenia, nałożono obowiązek przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia, dokumentu zawierającego ocenę narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności.** Powyższy obowiązek stanowi realizację zapisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623, ze zm.), w myśl których, *kierownik jednostki organizacyjnej przeprowadza ocenę narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności. W przypadku gdy z przeprowadzonej oceny, przy uwzględnieniu zasady optymalizacji, o której mowa w ust. 1, wynika konieczność ograniczenia tego narażenia, kierownik jednostki organizacyjnej ustala dla pracowników oraz osób z ogółu ludności ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) i podejmuje działania w celu ograniczenia narażenia, tak żeby otrzymane przez nich dawki promieniowania jonizującego były nie wyższe niż ustalone dla nich ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek).*

Ponadto, Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia:

1) wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowane przy ocenie narażenia oraz sposób i częstotliwość dokonywania oceny narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, uwzględniając wartości i zależności zalecane w rozdziałach 4 i 5 publikacji Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) nr 116 w celu oszacowania dawek pochodzących z narażenia zewnętrznego oraz w rozdziale 1 publikacji ICRP nr 119 w celu oszacowania dawek pochodzących z narażenia wewnętrznego i ich aktualizacjach oraz kierując się koniecznością zapewnienia ochrony radiologicznej pracownikom i osobom z ogółu ludności – Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące (Dz. U. z 2021 r., poz. 1657).

Wnioskodawca występując do tut. Organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia, winien dokonać oceny narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wskazać wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności. **Ocena narażenia, o której wyżej mowa, powinna zostać przeprowadzona na podstawie wyników pomiarów dozymetrycznych.**