



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Stalowej
Woli,
ul. Niezłomnych 66, 37-450
Stalowa Wola

Stalowa Wola, dnia 11.09.2023 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn: „**zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego**”

Znak sprawy PSA.272.14.2023

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli - informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na urządzenie posiadające cyfrowy wewnętrzny wskaźnik temperatury? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza oferty na urządzenia posiadające cyfrowy wewnętrzny wskaźnik temperatury w chłodziarkach z wymuszonym obiegiem powietrza.