

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wzorcowania urządzeń pomiarowych w obszarach
12.01 siła oraz 17.01 ciśnienie

Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w obszarach siła oraz ciśnienie:
Część 3. Wzorcowanie siłomierza kontrolnego o udźwigu 3000 kN (do sił ściskających).

I. Przedmiot zamówienia (opis usługi, określenie ilości, charakterystyka obiektów itp.)

W zakresie tej części przedmiotu zamówienia jest przeprowadzenie wzorcowania siłomierza kontrolnego o udźwigu 3000 kN, do sił ściskających.

L.p.	Obiekt	Oznaczenie wewnętrzne użytkownika
1	Siłomierz o udźwigu 3000 kN, do sił ściskających, składający się z przetwornika siły i wzmacniacza pomiarowego. Przetwornik siły: - udźwig: 3000 kN, - do sił ściskających, - znak fabryczny (typ): C140-08, - numer fabryczny: C140-08/AC/0013, - rok produkcji: 2013, - długość kabla: ok. 510 cm, - współczynnik temperaturowy: $K=0,00005\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Wzmacniacz pomiarowy: - znak fabryczny (typ): C138PN104, - numer fabryczny: C138PN104/AC/0003, - rok produkcji: 2013. - rozdzielczość: 0,043 kN.	WT-LD/T1.2/54-II-534

Po stronie Wykonawcy usługi będzie zapewnienie transportu obiektu w obie strony, tj. odebranie urządzenia od użytkownika – przeprowadzenie wzorcowania – transport/odesłanie urządzenia do siedziby użytkownika. Przybliżone wymiary i masa przesyłki: (60 x 40 x 35) cm, 32 kg.

II. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia przekazania obiektu Wykonawcy.
2. W efekcie wykonania usługi zamawiający powinien otrzymać świadectwo wzorcowania obiektu, wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację PCA lub zagranicznej jednostki akredytującej, która jest sygnatariuszem porozumienia (EA MLA lub ILAC MRA) dotyczącego wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania, albo wydane przez Główny Urząd Miar lub jego zagraniczny odpowiednik.
3. Gdyby w trakcie podjętych czynności okazało się, że wykonanie wzorcowania obiektu jest niemożliwe z przyczyn technicznych dotyczących tego obiektu, należy wystawić dokument stwierdzający przyczynę niewykonania wzorcowania. Wówczas możliwa będzie zapłata wynagrodzenia w wysokości odpowiedniej do zakresu wykonanych czynności.

III. Informacje ogólne

1. Miejsce wzorcowania: laboratorium wzorcujące.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia (wszystkie części) lub ofertę częściową – na dowolnie wybraną część – zgodną z podziałem ustalonym przez Zamawiającego.

4. Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi, łącznie z kosztami transportu obiektu od i do użytkownika.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania wzorcowania obiektu, w szczególności w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak uszkodzenie/awaria lub kradzież urządzenia.
6. Zamawiający dokona przeglądu świadectwa wzorcowania w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania, celem potwierdzenia zgodności wykonanej usługi z umową/zleceniem. Brak uwag wniesionych w tym terminie należy uznać za dokonanie odbioru.
7. Wynagrodzenie rozliczone będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia (odpowiednio zgodnie ze zleceniem lub umową) i wydaniu Zamawiającemu świadectwa wzorcowania.
8. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn (NIP: 7393279711; REGON: 01751157500179)

10. Użytkownik

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg / Laboratorium Drogowe
ul. Sokola 4b, 11-041 Olsztyn

Olsztyn, 19 IX 2024 r.

KONIEC