

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**Wzorcowania urządzeń pomiarowych w obszarach**  
**12.01 siła oraz 17.01 ciśnienie**

Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w obszarach siła oraz ciśnienie:  
Część 5. Wzorcowanie ciśnieniomierza zamontowanego w urządzeniu (ciśnienie absolutne).

**I. Przedmiot zamówienia** (opis usługi, określenie ilości, charakterystyka obiektów itp.)

W zakresie tej części przedmiotu zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania ciśnieniomierza elektronicznego zamontowanego w suszarce próżniowej.

Lp.	Obiekt	Punkty wzorcowania
1	<b>Ciśnieniomierz elektroniczny</b> z odczytem cyfrowym zamontowany w suszarce próżniowej, model/typ: VO101, nr seryjny/fabryczny: S619.0013 (wyposażonej w moduł pompy PMP101, nr seryjny T619.0009), producent: Memmert GmbH. Zakres regulacji: (5 ÷ 1100) mbar, rozdzielczość: 1 mbar. Oznaczenie wewnętrzne użytkownika: WT-LD/T1.6/LP-III-1845	(30; 40; 67; 100) mbar abs

*(i) Wykonawca powinien z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomić użytkownika o planowanym termin przyjazdu do wykonania wzorcowania.*

**II. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia**

- Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego (e-mailem) zamówienia albo od zawarcia umowy.
- W efekcie wykonania usługi zamawiający powinien otrzymać świadectwo wzorcowania obiektu, wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację PCA lub zagranicznej jednostki akredytującej, która jest sygnatariuszem porozumienia (EA MLA lub ILAC MRA) dotyczącego wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania, albo wydane przez Główny Urząd Miar lub jego zagraniczny odpowiednik.
- Gdyby w trakcie podjętych czynności okazało się, że wykonanie wzorcowania obiektu jest niemożliwe z przyczyn technicznych dotyczących tego obiektu, należy wystawić dokument stwierdzający przyczynę niewykonania wzorcowania. Wówczas możliwa będzie zapłata wynagrodzenia w wysokości odpowiedniej do zakresu wykonanych czynności.

**III. Informacje ogólne**

- Miejsce wzorcowania: siedziba użytkownika – laboratorium w Nowej Wsi Elckiej.
- Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
- Wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia (wszystkie części) lub ofertę częściową – na dowolnie wybraną część – zgodną z podziałem ustalonym przez Zamawiającego.
- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty towarzyszące (dojazd, delegacje, diety itp.).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania wzorcowania obiektu, w szczególności w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak uszkodzenie/awaria lub kradzież urządzenia.

6. Zamawiający dokona przeglądu świadectwa wzorcowania w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania, celem potwierdzenia zgodności wykonanej usługi z umową/zleceniem. Brak uwag wniesionych w tym terminie należy uznać za dokonanie odbioru.
7. Wynagrodzenie rozliczone będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia (odpowiednio zgodnie ze zleceniem lub umową) i wydaniu Zamawiającemu świadectwa wzorcowania.
8. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**9. Zamawiający**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie  
al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn (NIP: 7393279711; REGON: 01751157500179)

**10. Użytkownik**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie  
Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg / Laboratorium Drogowe  
ul. Kościuszki 41, 19-321 Nowa Wieś Ełcka

Olsztyn, 19 IX 2024 r.

---

KONIEC