



Nasz znak: SAT.272.5.2023.MŁ

Skierniewice, dnia 14 września 2023r.

Pytania i odpowiedzi nr 5

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę odczynników, wzorców chemicznych i biologicznych, podłoży i testów bakteriologicznych, surowic, lateksów i krążków diagnostycznych.

nr postępowania SAT.272.5.2023.AC

Dotyczy: pakietu B – wzorce chemiczne

1. Dotyczy pozycji 32, 35, 48: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi wycofał z oferty opakowania o pojemności 10 ml dla jednoskładnikowych roztworów jonowych o standardowej zawartości składnika 1 g/dm³. Pojemności 10 ml sprawia, że są to materiały unikatowe, dla których nie są dostępne zamienniki. Czy Zamawiający zaakceptuje roztwory z pozycji 32, 35 i 48 w opakowaniach o najmniejszej dostępnej pojemności 50 ml?

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy pozycji 57: Wyspecyfikowany przez Zamawiającego zestaw kalibracyjny do mętnościomierza firmy WTW nie posiada akredytacji zgodnie z ISO 17034 i ISO 17025. Nie jest również dostępny materiał równoważny, posiadający akredytację ISO 17034 i ISO 17025. Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw do mętnościomierza bez akredytacji ISO 17034 i ISO 17025?

Ad.2 Zamawiający zaakceptuje zestaw do mętnościomierza bez akredytacji ISO 17034 i ISO 17025, pod warunkiem dostarczenia certyfikatu jakości, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

3. Dotyczy pozycji 58: Wyspecyfikowany przez Zamawiającego zestaw kuwetowy do oznaczania chloru nie posiada akredytacji zgodnie z ISO 17034 i ISO 17025. Nie jest również dostępny materiał równoważny, posiadający akredytację ISO 17034 i ISO 17025. Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw kuwetowy do oznaczania chloru bez akredytacji ISO 17034 i ISO 17025?

Ad.3. Zamawiający zaakceptuje zestaw kuwetowy do oznaczania chloru bez akredytacji ISO 17034 i ISO 17025 pod warunkiem dostarczenia certyfikatu jakości, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

SPECJALISTA SEKCJI
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ
PSSE W SKIERNIEWICACH

mgr Magdalena Łukasiewicz

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Skierniewicach

mgr inż. Justyna Łukasik