

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w Skierniewicach

Telefony: Centrala 833-46-00

Dyrektor 833-30-21

Tel/Fax 833-30-21

ul. Piłsudskiego 33
96-100 Skierniewice

Nasz znak: PSSE.SAT.224.7.2020

Skierniewice, dnia 25.09.2020

Pytania i odpowiedzi

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na dostawę odczynników i wzorców chemicznych, podłoży bakteriologicznych, testów bakteriologicznych, lateksów, surowic i krążków. nr postępowania PSSE.SAT.224.7.2020

1. Dotyczy Pakietu J, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty.

Ad.1 Laboratorium nie dopuszcza innego produktu, ponieważ laboratorium posiada akredytację na krążek bibułowy – Sporal S nasączony sporami Bacillus subtilis.

2. Dotyczy Pakietu J, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy klasy 6 przebarwiające się po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony?

Ad.2 Produkt o innej zmianie barwy w procesie sterylizacji nie spełnił naszych oczekiwań.

3. Dotyczy Pakietu J, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy klasy 6 pakowane po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Ad.3 Nie wyrażamy zgody na większą ilość wskaźników w opakowaniu.

4. Dotyczy Pakietu J, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Ad.4 Nie wyrażamy zgody na większą ilość wskaźników w opakowaniu.

5. Dotyczy Pakietu J, pozycja nr 2 i 3: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatów jakości serii dla wskazanych pozycji. Badania każdej serii przeprowadzane są w przypadku testów biologicznych zawierających żywe mikroorganizmy gdzie poszczególne serie mogą nieznacznie się różnić, natomiast w przypadku testów chemicznych każda seria kalibrowana jest w ten sam sposób na konkretne parametry.

Ad.5 Wyrażamy zgodę.

KIEROWNIK SEKCJI
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ
PSSE W SKIERNIEWICACH

mgr Andrzej Czarnecki

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Skierniewicach

mgr inż. Justyna Łukasik