

Skuteczność sterylizacji

Oznaczenie: Badania wskaźników biologicznych na skuteczność procesu sterylizacji

Metoda badawcza:

- Badanie Sporotestów A (metoda akredytowana) – metoda posiewu bakteriologicznego wg PB_22 edycja 6 z dnia 2021-01-29
- Badanie Sporotestów S – metoda posiewu bakteriologicznego wg PB_40 edycja 3 z dnia 2012-05-23
- Badanie Attestów – metoda posiewu bakteriologicznego wg PB_41 edycja 3 z dnia 2012-05-23

Materiał do badań: wskaźnik biologiczny: Sporotest A/ Sporotest S/ Attest TM 1261, 1262, 1264

Instrukcja dot. wskaźników biologicznych na skuteczność procesu sterylizacji [plik do pobrania]

Przyjmowanie próbek do badań: poniedziałek- piątek w godz.: od 8:00 do 11:30

Wydawanie sprawozdań z badań: poniedziałek- piątek w godz.: od 12:30- 14:30

Koszt badania: Cennik badań dostępny w Laboratorium Diagnostyki Medycznej

Uwagi: Do każdego wskaźnika (testu) musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania - Formularz zlecenia [plik do pobrania]