

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



**Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Przeworsku**  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 23.10.2023 r.

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy postępowania pn: „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego”

#### **Znak sprawy PSA.272.9.2023**

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku - informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pakiet 4**

##### **Łaźnia wodna**

1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię o wymiarach gabarytowych 340x625x255mm, wymiarach komory wanny 295x500x200mm i wymiarach użytkowych 230x360x195mm spełniającą wszystkie inne wymagane parametry?  
Odpowiedź: TAK

W sprawie przesunięcia terminu składania ofert – odpowiedź NIE.