

WL.2370.8.2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu analitycznego” znak: WL.2370.8.2022, wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Pytania I:

Dotyczy sprawy nr WL.2370.8.2022 dostawa sprzętu analitycznego Część 1

Pytanie 1. Czy Zamawiający zmniejszy progi świadczące o sytuacji ekonomicznej lub finansowej pkt. 5.3?

Odp.: Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści pkt. 5.3. SWZ dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w następujący sposób:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową:

- Dla części „1” w kwocie minimum 700 000,00 zł.

Pytanie 2. Czy zamawiający zmniejszy zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 3%?

Odp.: Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Pytanie 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na organizację szkoleń wraz z odbiorem sprzętu dla kilku jednostek w jednym miejscu i dniu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na organizację szkoleń wraz z odbiorem sprzętu dla kilku jednostek w jednym miejscu i dniu.

II. Pytanie II:

Dotyczy sprawy nr WL.2370.8.2022 dostawa sprzętu analitycznego Część 1

Pytanie 1. Czy zamawiający rozważy wysyłanie urządzeń do serwisu do siedziby Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie urządzeń do serwisu do siedziby Wykonawcy lub wskazanego przez niego miejsca. Umowa w tym zakresie została rozszerzona w paragrafie 6, ustępy 5,6,7.

III. Pytania III:

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu analitycznego (nr sprawy: WL.2370.8.2022)

Szanowni Państwo,

W związku z toczącym się postępowaniem na dostawę sprzętu analitycznego (nr sprawy: WL.2370.8.2022) zwracam się z wnioskiem do Zamawiającego o udzieleni odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie 1. W załączniku nr 1 do SWZ czyli szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – opis techniczny (oferta techniczna) dot. części 1 – dostawy sprzętu analitycznego wykorzystującego metodę IMS, 21 sztuk,

Zamawiający zawarł w tabeli odpowiednie wymagania:

- jonizacja: bez użycia izotopów promieniotwórczych;
- tryby pracy: detektor osobisty (CWA/TIC), pomiar skuteczności dekontaminacji;
- zakresy pracy: tj waga urządzenia: max. 700 g;
- wilgotność: 0 – 100 % RH
- do urządzenia dołączona dysza do próbkowania w czasie dekontaminacji w ilości 20 szt. (jeżeli taka jest wymagana);

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania sprzętu analitycznego równoważnego wykorzystującego również metodę IMS, gdzie:

- jonizacja: odbywa się przy pomocy izotopu promieniotwórczego o niskiej aktywności Ni-63 (o aktywności 90 MBq)
- jeden tryb pracy: detektor osobisty (CWA/TIC) umożliwiający wykrywanie nawet niewielkiej ilości śladów CWA i TIC, dzięki czemu można go wykorzystać do weryfikacji skuteczności dekontaminacji.
- tj. waga urządzenia: max. 770 g z akumulatorem
- zakresy pracy: wilgotność: 0 – 95 % RH
- do urządzenia dołączona tuba do próbkowania w ilości 3 sztuk w celu punktowego wykrywania CWA/TIC jako możliwość sprawdzenie skuteczności dekontaminacji

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów:

- waga urządzenia: max. 3700 g z akumulatorem
- zakresy pracy: wilgotność: 0 – 95 % RH
- do urządzenia dołączone elementy eksploatacyjne przewidziane do próbkowania w czasie dekontaminacji w ilości 20 kpl. (jeżeli takie są wymagane).

IV. Pytanie IV:

Dot.: Postępowania nr WL.2370.8.2022 na Dostawę sprzętu analitycznego

Pytanie 1. Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zmniejszenie wymaganej zdolności finansowej do wykonania zamówienia na 3 500 000 złotych dla części 2 postępowania.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie zdolności finansowej do wykonania zamówienia do 3 500 000 złotych dla części 2 postępowania.

KW PSP w Łodzi informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1.Pkt. 5.3. SWZ:

Było:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową:

- Dla części „1” w kwocie minimum 1 500 000,00 zł.
- Dla części „2” w kwocie minimum 7 000 000,00 zł.
- Dla części „3” w kwocie minimum 7 000 000,00 zł.
- Dla części „4” w kwocie minimum 100 000,00 zł.

Jest:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową:

- Dla części „1” w kwocie minimum 700 000,00 zł.
- Dla części „2” w kwocie minimum 3 500 000,00 zł.
- Dla części „3” w kwocie minimum 7 000 000,00 zł.
- Dla części „4” w kwocie minimum 100 000,00 zł.

2. Pkt. 15.1. SWZ:

Było:

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Jest:

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż załącza aktualne dokumenty po modyfikacjach.