

**WYJAŚNIENIE DO SWZ znak: OEA-ZP.272.1.3.2024.1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) na materiałów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kętrzynie. Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00296080 z dnia 22.04.2024 roku.**

Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Kętrzynie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1705) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SWZ wyżej wymienionego postępowania:

**Pytanie 1.**

1.1. Dotyczy Pakiet 6. zadania 6, poz. 5. Czy dopuszczają Państwo głaszczki jednorazowe, sterylne, sztywne i pakowane po 5 sztuk, ale w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

1.2. Dotyczy Pakiet 21. Zadania 21, poz. 7. Czy dopuszczają Państwo głaszczki jednorazowe, sterylne, sztywne i pakowane po 5 sztuk, ale w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2.**

2.1. Pytania dot. ZADANIA NR 6:

Pozycja nr 1 – 2: Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane po 25 sztuk w torebkę foliową z zamknięciem strunowym?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści Głaszczki pakowane po 10 sztuk w torebkę foliową z zamknięciem strunowym?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

2.2. Pytania dot. ZADANIA NR 21:

Pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane po 25 sztuk w torebkę foliową z zamknięciem strunowym?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści Głaszczki pakowane po 10 sztuk w torebkę foliową z zamknięciem strunowym?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3.**

Dotyczy zadania 6, pozycja 3 oraz zadania 21, pozycja 4 – czy dopuszczają Państwo podziałkę z dokładnością 0,02 ml?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji  
Sanitarно-Epidemiologicznej  
w Kętrzynie

*sup. Jolanta Filipek*  
**Irmina Filipek**  
mgr higieny i epidemiologii