

POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU
Sekcja Administracyjno – Gospodarcza
ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock
tel.: 785 209 494

Płock, dnia 23 czerwca 2023 rok

PSSE/AG/255/DM/120/23

ODPOWIEDZI NA PYTANIA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na *usługę wzorcowania wagi analitycznej Sartorius Quintix 125D1CEU* (nr PSSE/AG/255/DM/120/23).

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapytania „Usługa wzorcowania wagi analitycznej Sartorius Quintix 125D-1CEU PSSE/AG/255/DM/120/23” proszę o weryfikację punktów wzorcowania, gdyż nie ma możliwości wzorcowania w punkcie 0. Zalecenie jest rozpoczęcie punktu wzorcowania od minimalnego obciążenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że posiadamy świadectwo wzorcowania wagi w punkcie 0. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wzorcowanie w zakresach: (0,05g; 0,1g; 1 g; 2g; 100 g).