



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lesznie

Leszno, 08.09.2022r.

OEA-SA.272.14.2022

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali
dokumentację zapytanie ofertowe pn:
„Dostawa zmywarki laboratoryjnej dla
Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Lesznie”**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie w związku z zapytaniem dotyczącym prowadzonego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto pn.: „Dostawa zmywarki laboratoryjnej dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie” udziela odpowiedzi na zadane pytania

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści zamiast systemu SolPyre XIO Zero 20 z wylewką zewnętrzną z węzłem długości 3 m z pistoletem oraz ze zbiornikiem zewnętrznym 80 l, ciśnieniowy system demineralizacji wody w postaci kolumny jonowymiennej?

System ten podaje wodę dejonizowaną bezpośrednio do zmywarki i nie wymaga użycia dodatkowych zbiorników. Jest to rozwiązanie korzystne ponieważ zajmuje mniej miejsca – wymiary systemu to (śr. x wys.): 24 cm x 60 cm.?

ODPOWIEDŹ:

Nie przewidujemy zamiany przedmiotu zapytania ofertowego, wybranym rozwiązaniem jest system SolPyre XIO Zero 20.

ID/DK

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
Sektora Administracyjna
tel. 65 526 15 15 wew. 41
zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-leszno
PSSELeszno/SkrytkaESP