

Zawiercie, dnia 30.07.2024 r.

EA.2613.2.2024

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Zawierciu

32 672 34 91

32 672 12 10

Nr wewnętrzne

Sekretariat

111

Nadzór Sanitarny

128

Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska

123

Sekcja Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku

124

Sekcja Higieny Pracy

125

Stan Pracy do spraw Higieny
Dzieci i Młodzieży

122

Sekcja Epidemiologii

113

Stanowisko Pracy do spraw
Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

121

Samodzielne Stanowisko Pracy
do spraw Oświaty Zdrowotnej

122

Oddział Laboratoryjny - Sekcja
Badań Higieny Środowiska

118

Oddział Laboratoryjny - Sekcja
Badań Chorób Zakaźnych
i Zakażeń

120

Samodzielne Stanowisko Pracy
Głównego Księgowego

115

Oddział Ekonomiczny
i Administracyjny

115

Samodzielne Stanowisko Pracy
do spraw Kadr i Organizacji

114

Samodzielne Stanowisko Pracy
Informatyka

114

fax :

116

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego innej jednostce budżetowej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu ul. 11 Listopada 15, 42-400 Zawiercie działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) informuje, iż posiada zbędne/zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, które zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, na rzecz podmiotu, o którym mowa w §7 ust. 2a w/w rozporządzenia.

Jednostki zainteresowane proszone są o przesłanie wniosku spełniającego wymagania określone w § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) w terminie do dnia 09.08.2024 r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu ul. 11 Listopada 15 42-400 Zawiercie lub adres email: psse.zawiercie@sanepid.gov.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 672 34 91

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zawierciu

mgr Ewelina Bergiel-Błaszczuk

Załącznik:

1. Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

**Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu**

l.p.	Nazwa pełna	Numer inwentarzowy	Ilość sztuk	Opis stanu technicznego	Rok zakupu
1.	Piec muflowy	PII/1/5-3	1	od 20 lat nieużywany	1993
2.	Aspirator AS-50	PII/1/10-1	1	od 20 lat nieużywany	1986
3.	Aspirator AP-2-Dozometr	PII/1/10-4	1	od 20 lat nieużywany	1992
4.	Wyposażenie do aspiratora AP-2	PII/1/10-5	1	od 20 lat nieużywany	1992
5.	Aspirator AP-2-Dozometr	PII/1/10-6	1	od 20 lat nieużywany	1993
6.	Aspirator AP-2	PII/1/10-7	1	od 20 lat nieużywany	1993
7.	Aspirator AP-2	PII/1/10-8	1	od 20 lat nieużywany	1993
8.	Wyposażenie do aspiratora AP-2	PII/1/10-9	1	od 20 lat nieużywany	1993
9.	Aspirator AP-2	PII/1/10-10	1	od 20 lat nieużywany	1994
10.	Wyposażenie do aspiratora AP-2	PII/1/10-11	1	od 20 lat nieużywany	1994
11.	Aspirator AP-2	PII/1/10-12	1	od 20 lat nieużywany	1994
12.	Aspirator AP-2	PII/1/10-13	1	od 20 lat nieużywany	1994
13.	Aspirator AP-2	PII/1/10-14	1	od 20 lat nieużywany	1994
14.	Wyposażenie do aspiratora AP-2	PII/1/10-15	1	od 20 lat nieużywany	1994
15.	Wyposażenie do aspiratora AP-2	PII/1/10-16	1	od 20 lat nieużywany	1996
16.	Aspirator AP-2 bez wyposaż.	PII/1/10-17	1	od 20 lat nieużywany	1998
17.	Aspirator AP-2 bez wyposaż.	PII/1/10-18	1	od 20 lat nieużywany	1998
18.	Aspirator AP2A bez wyposaż.	PII/1/10-19	1	od 20 lat nieużywany	1999
19.	Aspirator AP2A bez wyposaż.	PII/1/10-20	1	od 20 lat nieużywany	1999
20.	Wyposażenie do aspiratora AP-2	PII/1/10-21	1	od 20 lat nieużywany	1999
21.	Wyposażenie do aspiratora AP-2	PII/1/10-22	1	od 20 lat nieużywany	1999
22.	Aspirator AS-50 używany	PII/1/10-25	1	od 20 lat nieużywany	2000
23.	Miernik natężenia dźwięku	PII/1/12-3	1	od 20 lat nieużywany	1981
24.	Psychrometr Assmana	PII/1/13-1	1	od 20 lat nieużywany	1969
25.	Psychrometr Assmana	PII/1/13-2	1	od 20 lat nieużywany	1978
26.	Luksomierz	PII/1/14-1	1	od 20 lat nieużywany	1986
27.	Rotometr TG-300	PII/1/16-1	1	od 20 lat nieużywany	1980
28.	Odważniki do tarowania	PII/1/25-7	1	od 20 lat nieużywany	1993
29.	Katatermometr	PII/1/31-1	3	od 20 lat nieużywany	1979
30.	Wykrywacz gazu WG-2M	PII/1/32-2	1	od 20 lat nieużywany	1996
31.	Kalibrator KA-10	PII/1/49-1	1	od 20 lat nieużywany	1993
32.	Kalibrator akust. KA-50	PII/1/49-2	1	od 20 lat nieużywany	2003
33.	Ładowarka ŁA-1	PII/2/28-1	2	od 20 lat nieużywany	1996
34.	Ładowarka ŁA-1	PII/2/28-2	1	od 20 lat nieużywany	1996
35.	Ładowarka ŁA-1	PII/2/28-3	1	od 20 lat nieużywany	1997
36.	Ładowarka ŁA-1	PII/2/28-4	1	od 20 lat nieużywany	1997
37.	Ładowarka ŁA-1	PII/2/28-5	4	od 20 lat nieużywany	1998
38.	Miernik natężeń termicznych	T-43/1-1	1	od 20 lat nieużywany	1988
39.	Aspirator AG-1	T-43/2-1	1	od 20 lat nieużywany	1988
40.	Miernik IM-10	T-43/14-1	1	od 20 lat nieużywany	1996
41.	Aspirator AP2 bez wyposażenia	T-43/15-2	1	od 20 lat nieużywany	1996

42.	Aspirator AP2 bez wyposażenia	T-43/15-3	1	od 20 lat nieużywany	1996
43.	PAC III S z wyposażeniem	T-43/18-1	1	od 20 lat nieużywany	1997
44.	Luksomierz L-50	T-43/22-1	1	od 20 lat nieużywany	2001

**Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu**

l.p.	Nazwa pełna	Numer inwentarzowy	Ilość sztuk	Opis stanu technicznego	Rok zakupu
1.	Termometr elektroniczny	PII/1/15-2	2	uszkodzone, potrzaskane	2003
2.	Termometr techniczny	PII/1/15-3	2	uszkodzone, potrzaskane	2003
3.	Termometr mikroprocesor	PII/1/15-8	1	uszkodzone, potrzaskane	2004
4.	Termometr	PII/1/15-14	2	uszkodzone, potrzaskane	2007
5.	Fotel obrotowy LC01	PI/14-10 (2)	1	połamane elementy	2019
6.	Palnik pistoletowy	PII/2/10-5	2	uszkodzony, nie działa	2007
7.	Telefon Panasonic	PIII/1/22-48	1	uszkodzony, nie działa	2012
8.	Wieszak wiszący	PIII/1/29-4	1	połamany	1986
9.	Komputer bez monitora	T-43/10-13	1	uszkodzony, brak możliwości do aktualnych urządzeń	2003
10.	Biurko Tom	PI/8-25 (7)	1	uszkodzone zawiasy	2005
11.	Żaluzja pionowa	PIV/27-7	1	uszkodzone mechanizmy rozsuwania	2007
12.	Kosz na śmieci	PIII/1/31-6	1	pęknięcie obudowy plastikowej, dziurawy	1997
13.	Spektrofotometr Marcel	T-43/26-1	1	aparat nie uruchamia się po włączeniu	2004
14.	Spektrometr typ Specol 11	PII/1/8-4	1	sprzęt wykazuje niską precyzję pomiarów	1997
15.	Szafa termostatyczna	T-43/8-7	1	widoczne ślady użytkowania, wypalone temperaturą i popękane ścianki wewnętrzne	2005
16.	Płyta grzejna PG1	T-43/8-5	1	przepalona i wykruszona powierzchnia grzewcza	2002
17.	Autoklaw	T-43/13-2	1	uszkodzony, nie nadaje się do użytku	2007
18.	Kuchenka KZP-2,5-2 płytkowa	PIII/1/17-13	1	uległa zniszczeniu podczas użytkowania, zardzewiała	1996
19.	Garnek 13,5 l	PIII/1/48-3	1	zużyty	2017
20.	Łaźnia wodna LW-2	PII/1/26-5	1	uległa zniszczeniu podczas użytkowania, nieszczelna wypływa woda	1994
21.	Mętnościomierz	PII/2/42-11	1	sprzęt wykazuje niską precyzję pomiarów	2010
22.	Drukarka HP L.J.1010	PIV/25-6	1	nie współdziała ze sprzętem komputerowym w pokoju biurowym OL	2004