

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa wzorcowania wagi analitycznej Sartorius Quintix 125D-1CEU

PSSE/AG/255/DM/120/23

I. Przedmiot zamówienia

Usługa wzorcowania wagi analitycznej Sartorius Quintix 125D-1CEU.

Waga Sartorius Quintix 125D-1CEU

- a) Obciążenie minimalne: 1 mg
- b) Obciążenie maksymalne: 60/120g
- c) Działka legalizacyjna e=1 mg
- d) Działka elementarna d=0,01mg/0,1mg
- e) Wzorcowanie w zakresach (0; 0,05g ;1g; 5g; 100g)

II. Miejsce wzorcowania:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock

III. Sposób uzyskania informacji:

Osobą do kontaktu jest: Dominika Mikołajewska-Kowalska, nr tel.: 785 209 494,

adres e- mail: administracja.psse.plock@sanepid.gov.pl