



Kraków, dnia 16 października 2023 r.

AG.240.8.2023.BM

### ZAWIADOMIENIE

**o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  
i instalację chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas  
w wersji z tandemowym kwadrupolowym analizatorem mas (GC-MS-MS)**

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami), którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy zamówienia **na dostawę i instalację chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas w wersji z tandemowym kwadrupolowym analizatorem mas (GC-MS-MS)** uprzejmie informujemy, iż Zamawiający przy spełnieniu warunków i wymagań określonych w SWZ za najkorzystniejszą uznał ofertę:

**Nr 2 – Anchem Spółka z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 23.**

W postępowaniu złożono 3 niepodlegające odrzuceniu oferty.

W zestawieniu, stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia, przedstawiono przyznaną punktację.

W toku postępowania, Zamawiający na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę – Anchem Spółka z o. o. w Warszawie uznając, iż nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu sprecyzowanych w treści SWZ, albowiem oferowany sprzęt nie spełnia wymogu czułości ponad 10 000:1 dla 1pg OFN m/z 272 dla trybu NCI zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 23 sierpnia 2023 r. Na tę czynność Zamawiającego Wykonawca złożył dodatkowe dokumenty potwierdzające, iż oferowane w przetargu urządzenie spełnia wymóg czułości ponad 10 000:1 dla 1pg OFN m/z 272 dla trybu NCI, a w szczególności:

- 1) aktualną kartę katalogową (wprowadzoną w maju tego roku) producenta Thermo Fisher Scientific, która wprowadziła zmianę dotyczącą spektrometru z chemiczną jonizacją w zakresie sposobu prezentowania określenia czułości źródła jonów NCI,
- 2) pismo producenta sprzętu, który podaje czułość jako S/N dla źródła NCI przy dozowaniu 100 fg OFN, która wynosi minimum 10 000:1, z czego jednoznacznie wynika, że w przypadku dozowania 1 pg OFN będzie ona **większa niż 10 000:1**.

Uwzględniając powyższe Zamawiający postanowił unieważnić czynność polegającą na odrzuceniu oferty Wykonawcy - Anchem Spółka z o. o. z postępowania. W związku z unieważnieniem czynności odrzucenia oferty Wykonawcy - Anchem Spółka z o.o. z postępowania, Zamawiający dokonał czynności ponownego badania oraz oceny ofert z uwzględnieniem oferty Anchem Spółka z o.o. złożonej w postępowaniu, w wyniku której uznał ofertę tego Wykonawcy za najkorzystniejszą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – art. 264 ust. 1 Ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX ustawy, tj. art.505 - 590 Pzp.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: ies.@ies.gov.pl lub bmituniewicz@ies.gov.pl.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania e-maila.

Z p o w a ż a n i e m

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Naukowych  
*W. Branicki*  
prof. dr hab. Wojciech Branicki

*Mr. Jerzy B...*  
RADCA PRAWNY

**Zbiorcza karta oceny ofert - zestawienie przyznanych punktów  
AG.240.8.2023.BM**

<b>Oferta nr 1 Altium International Spółka z o.o.</b>	<b>Punkty max.</b>		
1. Cena	70,00	824 100,00	53,91
2. Okres gwarancji i rękojmi	15	60 miesięcy	15,00
3. Możliwość rozbudowy aparatu o źródło inertne umożliwiające pracę z wodorem jako gazem nośnym	15	tak	15,00
Łącznie	100	Łącznie	<b>83,91</b>

<b>Oferta nr 2 Anchem Spółka z o.o.</b>	<b>Punkty max.</b>		
1. Cena	70,00	634 680,00	70,00
2. Okres gwarancji i rękojmi	15	60 miesięcy	15,00
3. Możliwość rozbudowy aparatu o źródło inertne umożliwiające pracę z wodorem jako gazem nośnym	15	tak	15,00
Łącznie	100	Łącznie	<b>100,00</b>

<b>Oferta nr 3 „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI</b>	<b>Punkty max.</b>		
1. Cena	70,00	710 694,00	62,51
2. Okres gwarancji i rękojmi	15	60 miesięcy	15,00
3. Możliwość rozbudowy aparatu o źródło inertne umożliwiające pracę z wodorem jako gazem nośnym	15	tak	15,00
Łącznie	100	Łącznie	<b>92,51</b>