

Główny Inspektorat Jakości Handlowej  
Artykułów Rolno-Spożywczych  
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Warszawa, 11 sierpnia 2022 roku

BAD.241.2.7.2022

**Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz.1129, ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

**Pytanie:**

**Rozdział 3 – dostawa urządzenia do odparowywania próbek – koncentratora do odparowywania próbek w atmosferze azotu (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce.**

Prosimy o uszczegółowienie przewidywanego sposobu zasilania azotem opisanego w specyfikacji koncentratora.

- czy urządzenie będzie zasilane z butli N2 posiadanej przez Zamawiającego poprzez reduktor opisany w punkcie 7. Załącznika 2c?

lub

- czy zasilanie N2 będzie realizowane z generatora azotu i instalację naścienną oraz punkt poboru gazu ze złączką GYROLOK 316 DF? Jak jest ciśnienie w punkcie poboru gazu?

lub

- inny sposób.

**Odpowiedź:**

Urządzenie będzie zasilane z butli N2 poprzez reduktor znajdujący się na ścianie w pomieszczeniu, w którym stać będzie urządzenie. Urządzenie będzie ustawione w znacznej odległości od punktu poboru gazu.

W punkcie poboru gazu na reduktorze skala: na czarno do 10 bar, na czerwono od 10 do 15 bar.

Reduktor opisany w punkcie 7. Załącznika 2c ma być integralną częścią urządzenia w celu regulacji ciśnienia strumienia azotu dostarczanego do odparowywania próbki.

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.** Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony **na 17 sierpnia 2022 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert ustalony **na 17 sierpnia 2022 roku na godz. 10:00**.

Z poważaniem

Jolanta Przyborowska

Dyrektor

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/