

ADM.272.395.2024

Wałbrzych, dnia 20.11.2024 r.

WYAŚNIENIE DO ZADANIA IV w Zapytaniu ofertowym ADM.272.395.2024

WNIOSEK WYKONAWCY

„Dzień dobry

Proszę o możliwość zmiany wymaganej specyfikacji dla zadania nr IV.

Cieplarka CLW 180 SMART PRO ma możliwość sterowania wentylatorem w zakresie od 10% do 100%.

Nie ma możliwości sterowania od 0% do 100%, jak jest napisane w załączniku nr 1 dla zadania IV.

Proszę o zmianę w załączniku nr 1 na „sterowaniem wentylatorem w zakresie od 10% do 100%” żeby móc złożyć ofertę na zadanie IV.

Pozdrawiam serdecznie”

ODPOWIEDŹ

Ze względu na omyłkę w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącą zakresu sterowania wentylatorem cieplarki laboratoryjnej w Zadaniu IV, zmienia się zapis dotyczący sterowania wentylatorem z : 0...100% na **10...do 100%**.

Z poważaniem,

Z up. DYREKTORA
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Wałbrzychu
Katarzyna Frydrych

/dokument podpisany elektronicznie/