

Oddział Laboratoryjny	Załącznik nr 2 z dnia 03.01.2022 r. do procedury L-HKiŚ-1/PO-03	Strona/stron: 1/2022
	Kryteria przyjęcia próbek wody do badań	
	Sekcja Badań Środowiskowych	
PSSE Częstochowa		

Kryteria przyjęcia próbek wody do badań:

Kryterium oceny	Wymagania:	
	Badania mikrobiologiczne	Badania fizykochemiczne
Rodzaj pojemników	Wydawane w PSSE w Częstochowie. Sterylne (PET) z dodatkiem tiosiarczanu sodu lub potasu, pojemność (500÷1000) ml	Przygotowane i wydawane w PSSE w Częstochowie (ilość i rodzaj w zależności od rodzaju wykonywanych badań)
Napełnienie pojemników	Przestrzeń powietrzna pod korkiem – próbka powinna wypełniać $\frac{3}{4}$ objętości naczynia	Bez pęcherzyków powietrza – próbka powinna wypełniać cały pojemnik
Szczelność pojemników	Korek dokładnie dokręcony – przy obrocie pojemnika brak śladów wyływającej próbki	
Oznakowanie pojemników dokonane przez Klienta	Jednoznacznie zidentyfikowane i oznakowane (data godzina i miejsce pobrania próbki)	
Temperatura próbki w chwili przyjęcia do badań	(5±3)°C	
	Próbki wody cieplej badanej w dniu pobrania można transportować w temperaturze otoczenia	-
Zaciemnienie pojemników	Chronić próbki przed światłem słonecznym	-
Ilość próbki	(250÷1000) ml w zależności od zakresu wykonywanych badań	(250÷6000) ml w zależności od zakresu wykonywanych badań