



Siedlce, dnia 7 lipca 2023 r.

SAT.272.7.2023

Powiatowa Stacja  
Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Siedlcach  
ul. Poniatowskiego 31  
08-110 Siedlce  
[www.gov.pl/web/psse-siedlce](http://www.gov.pl/web/psse-siedlce)  
e-mail: [sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl)  
tel./fax.: 25 644 20 40/25 632 61 37

Nr sprawy: SAT.272.7.2023

## ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ – ODPOWIEDZI i WYJAŚNIENIA – CZ. II

**Dotyczy:** postępowania na „Dostawę spektrometru absorpcji atomowej” nr sprawy:  
SAT. 272.7.2023

ID postępowania:

**ocds-148610-bbb13b80-1995-11ee-a60c-9ec5599dddc1**

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

Niniejszym informujemy, że otrzymaliśmy od zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia / wykazu parametrów wymagalnych– **Załącznik Nr 2**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśniamy co następuje:

**Pytanie: dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna spektrometru absorpcji atomowej.**

W pkt. 8. wyspecyfikowany został detektor w postaci fotopowielacza. Czy Zamawiający dopuści także detektor półprzewodnikowy? Jest to nowsze rozwiązanie, które pełni dokładnie taką samą rolę jak fotopowielacz. Gwarantuje to także osiągnięcie parametrów analitycznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w punkcie 11. specyfikacji technicznej.



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaproponowane rozwiązanie. Treść **Załącznika nr 2** - Opisu przedmiotu zamówienia w punkcie I.8 pozostaje bez zmian.



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

