

Skarżysko-Kamienna, 04.07.2023 r.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Skarżysku-Kamiennej  
ul. Czerwonego Krzyża 10  
26-110 Skarżysko-Kamienna

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup 2 sztuk komór laminarnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu „Wzmocnienie Infrastruktury Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, wyposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

**W związku z otrzymanym pytaniem zadany przez platformę „Baza Konkurencyjności” w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, udziela odpowiedzi:**

I Pytanie numer 1 z dnia 03.07.2023 r.

1. Czy Zamawiający dopuści komory laminarne bez czujnika temperatury spełniające pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Panstwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Skarżysku-Kamiennej**  
  
**Anna Chrzanowska**  
SPECJALISTA W DZIEDZINIE  
ZDROWIA PUBLICZNEGO