



**Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Przeworsku
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 17.11.2023 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn: „**Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego**”

Znak sprawy PSA.272.8.2023

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku - informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. W związku z tym, że laboratorium posiada akredytację Zamawiający wymaga, aby dejonizator był wyposażony w wbudowany, przepływowy konduktometr posiadający świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, co nie wpłynie na finalną cenę zakupu?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, nie jest wymagane świadectwo wzorcowania dla wbudowanego konduktometru w dejonizatorze. Jeżeli urządzenie posiada takie świadectwo, może być ono dołączone do oferowanego urządzenia.