



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-wroclaw> Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

Nr sprawy: ADM.272.17.2024

Wrocław, dnia 10.12.2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę autoklawu laboratoryjnego dla Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej we Wrocławiu”

Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna we Wrocławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę autoklawu laboratoryjnego dla Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej we Wrocławiu”, zgodnie z przyjętym kryterium - cena brutto przedmiotu zamówienia – 100%, została wybrana oferta nr 1:

Labo Baza Balcerek i wspólnicy spółka jawna
ul. Szkolna 96 bud. B, 62-002 Suchy Las

za cenę: 130 503,00 zł brutto
(słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset trzy zł 00/100 brutto)

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia 21.11.2024 r. i jest ofertą najkorzystniejszą cenowo.

Do dnia 25.11.2024 r. godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty i 1 informacja o braku sprzętu w ofercie :

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko	Siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania	Cena brutto zawarta w ofercie [zł]
1	Labo Baza Balcerek i wspólnicy spółka jawna	ul. Szkolna 96 bud. B, 62-002 Suchy Las	130 503,00
2	DANLAB	ul. Handlowa 6D 15-399 Białystok	-
3	Cheminst Polska Aleksander Prychidny	ul. Trzebnicka 7A, 55-095 Szczodre	99 876,00
4	USL Sp. z o.o.	Czarna 4, 43-100 Tychy	82 065,60

W wyniku analizy ofert ustalono co następuje.

DANLAB, ul. Handlowa 6D 15-399 Białystok poinformował, że nie posiada w ofercie sprzętu, który spełni przedstawione wymagania.

Oferta USL Sp. z o.o., Czarna 4, 43-100 Tychy nie spełnia wymagań oferenta w punkcie 1), 2) 27) i 30) Tabeli minimalnych wymagań techniczno-użytkowych i nie zawiera kart charakterystyki oferowanego produktu (Wymaganie Zamawiającego: Zapytanie ofertowe, punkt III Sposób przygotowania oferty 3) wraz z ofertą należy złożyć wszelkie karty charakterystyki oferowanego produktu). Oferta została odrzucona z przyczyn formalnych.

Oferta Cheminst Polska Aleksander Prychidny, ul. Trzebnicka 7A, 55-095 Szczodre nie zawierała kart charakterystyki oferowanego produktu (Wymaganie Zamawiającego: Zapytanie ofertowe, punkt III Sposób przygotowania oferty 3) wraz z ofertą należy złożyć wszelkie karty charakterystyki oferowanego produktu). W dniu 27.11.2024 Wykonawcę wezwano do uzupełnienia oferty w terminie do 28.11.2024 godz. 13:00. Wykonawca uzupełnił dokument. Oferta nie spełnia wymagań oferenta w punkcie 30) Tabeli minimalnych wymagań techniczno-użytkowych – Autoklaw w wersji pionowej nie może

przekraczać wymiarów zewnętrznych 75x60 cm (szerokość x głębokość) z zamkniętą oraz otwartą pokrywą. Zaproponowany model ma pokrywę otwieraną na bok, czym nie spełnia wymagań dotyczących wymiarów zewnętrznych z otwartą pokrywą. Szerokość z zamkniętą pokrywą wynosi: 65 cm, szerokość z otwartą pokrywą wynosi: 109,5 cm. Oferta została odrzucona z przyczyn formalnych.

Jednocześnie informujemy, że umowa według wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą w dniu 11.12.2024 r.

DYREKTOR

*Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej
we Wrocławiu*

Paweł Wróblewski

/podpis w oryginale/