



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lesznie

Leszno, 08.09.2022r.

OEA-SA.272.16.2022

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali
dokumentację zapytanie ofertowego pn:
„Dostawa zmywarki laboratoryjnej dla
Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Lesznie”**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie w związku z zapytaniem dotyczącym prowadzonego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto pn.: „Dostawa zmywarki laboratoryjnej dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie” udziela odpowiedzi na zadane pytania

PYTANIE:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na system oczyszczania wody innego producenta, ale o parametrach odpowiadających parametrom systemu SolPure XIO Zero 20. W załączniku umieszczamy kartę katalogową proponowanego systemu.
2. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie alternatywnego systemu to prosimy o umożliwienie złożenia oferty na samą zmywarkę i wydzielenie systemu oczyszczania wody w osobny pakiet. Pozwoli to zwiększenie liczby złożonych ofert, a co za tym idzie podniesienie konkurencyjności. Według naszej wiedzy istnieje w Polsce tylko 1 dystrybutor posiadający w ofercie systemy SolPure oraz zmywarki MIELE.

ODPOWIEDŹ:

1. System SolPure XIO Zero został zaprojektowany do współpracy ze zmywarkami. Z powodu jego wysokiej kompatybilności pracy ze zmywarkami Miele PG8593 jest to nasz wybór spośród dostępnych na rynku produktów.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
Sektora Administracyjna
tel. 65 526 15 15 wew. 41
zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-leszno
PSSELeszno/SkrytkaESP

2. Zapytanie ofertowe precyzuje przedmiot zamówienia jako pakiet. W Polsce są różni dystrybutorzy zarówno zmywarki Miele jak i systemów SolPure. Wszystkich zapraszamy do składania ofert.