

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zakupu dygestorium

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, w związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu laboratoryjnego, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania zamówienia na ww. sprzęt.

Zamówienie będzie realizowane będzie w ramach projektu pod nazwą „Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez remont oraz doposażenie w sprzęt” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, typ projektu: wsparcie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Przedmiot zamówienia:

Opis	Wymagania minimalne Zamawiającego
System	Dygestorium wykonane z materiałów odpornych na częste używanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu
Wymiary	(szer. x gł. x wys.) 1200x920x2410 mm +/- 10cm -nie może przekroczyć wysokości 2420mm ze względu na wysokość pomieszczenia.
Wnętrze komory	-blat ceramiczny -wykładka wewnętrzna komory: z żywicy fenolowej
Instalacji wod.-kan.	1 x zlewik ceramiczny, 2 ujęcia zimnej wody (z podłączeniem do odstojnika) umieszczone po prawej stronie komory
Instalacja elektryczna	oświetlenie komory; gniazdo elektryczne 230 V IP54
Dodatkowo	-lampa UV -system przewietrzania przez podwójną ścianę - blendy przednie z profilowanych blach malowanych proszkowo chemoodporną farbą epoksydową, - okno przednie: szyba ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami epoksydowymi, - system kontroli przepływu powietrza z elektronicznym panelem sterującym - kłapa bezpieczeństwa, - system "AFP" zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna, - pod blatem szafka laminowana, wentylowana w trakcie pracy dygestorium (wewnątrz szafki możliwość schowania odstojnika

	<p>podłączonego do instalacji wodno-kanalizacyjnej), półki. W związku z odstojnikiem w trakcie montażu niezbędne będzie wycięcie otworów. Wygląd odstojnika zgodnie z załączonymi zdjęciami.</p> <ul style="list-style-type: none">- certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175 lub równoważny- wentylator- podłączenie do wentylacji- transport,- rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu- montaż, w tym podłączenie do czynników energetycznych w obrysie mebli (woda, kanalizacja, prąd, wentylacja);- szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji- gwarancja minimum 24 m-ce- zamontowanie odstojnika
--	---

2. Planowany termin realizacji:

Dostawa w IV kwartale 2023 r.

3. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej

Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia **31-05-2023 r.** w wersji elektronicznej, zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym, na adres e-mail: monika.stepien@sanepid.gov.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy, na wskazany wyżej adres.

4. Informacje dodatkowe:

Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.