



Bytnica, 30.06.2022 r.

Zn. spr.: ZP.1301.40.2021.

(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)

PYTANIA I ODPOWIEDZI do zaproszenia do składania ofert:

„Dostawa defibrylatora do Nadleśnictwa Bytnica wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi”

Pytanie 1

Dotyczy: 7-letnia Bateria

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z baterią 5 - letnią? Która umożliwi 200 wyładowań i 8h monitorowania?

Pytanie 2

Dotyczy: Pełna kompatybilność - adapter do elektrod

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu o kompatybilności urządzeń.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie podaje kluczowej informacji jakie to są urządzenia, ani nie ma pewności jaki producent zostanie wybrany w drodze przetargu przy kolejnej wymianie aparatury medycznej.

Zapis ten promuje tylko i wyłącznie jednego producenta defibrylatorów, co jest sprzeczne z zasadą konkurencyjności. Wymóg ten nie znajduje również uzasadnienia z uwagi na fakt, iż defibrylatory manualne i

AED są od siebie niezależne i nie ma żadnego wymogu ani wskazania do ich kompatybilności.

Pytanie 3

DOTYCZY: pkt nr 7 OPZ

Czy przy zachowaniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści defibrylator, który będzie dostarczony bez adaptera? Jest to kosztowny element, który przez nieuwagę służb medycznych często trafia do kosza na śmieci razem z elektrodami jednorazowymi. Ponadto ambulanse zazwyczaj korzystają z defibrylatorów różnych producentów, co uniemożliwia pełną kompatybilność za pomocą jednego adaptera.

Pytanie 4

DOTYCZY: ogólnych warunków zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni od złożenia zamówienia? Ze względu na trudną sytuację z dostępnością części na rynkach światowych związaną z wojną na Ukrainie oraz pandemią COVID19 prosimy o wydłużenie terminu dostawy.

Odpowiedź 1:

Dotyczy: 7 letnia Bateria

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z 5 – letnią baterią.

Odpowiedź 2:

Dotyczy: Pełna kompatybilność - adapter do elektrod

Zamawiający wykreśla punkt 7 z opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

~~7. Pełna kompatybilność – adapter do elektrod umożliwia przełączenie do defibrylatorów jeżdżących w ambulansach.~~

Odpowiedź 3

Zamawiający wykreśla punkt 7 z opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

~~7. Pełna kompatybilność – adapter do elektrod umożliwia przełączenie do defibrylatorów jeżdżących w ambulansach.~~

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Sporządził:

Elżbieta Trybulec

Z poważaniem,
Dawid Kłap
zastępca nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/