

Warszawa: 07.08.2023 r.

Dotyczy: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie, przy ul. ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, w tym:

- 1) - Lodówka przenośna z kompresorem około 75 litrów - 2 szt. Np. (TX75C Yeticool)
- 2) - Lodówka przenośna z kompresorem - około 95 litrów – 2 szt. Np. (Yeticool TX95)

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na zakup lodówek transportowych

Pytanie 1

Lodówka przenośna z kompresorem ok 75 litrów - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o

- prądzie znamionowym: 12V/6A, 24V/3A, 100-240V/0.7-1.5A 50V/10A - panel fotowoltaiczny,
- pojemności 72 litrów przy identycznych wymiarach,
- poziomie hałasu 45dB
- masie 23,5 kg

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści taką lodówką.

Pytanie 2

Lodówka przenośna z kompresorem - około 95 litrów – 2 szt.

Zamawiający dopuści lodówkę o

- prądzie znamionowym: 12V/6A, 24V/3A, 100-240V/0.7-1.5A 50V/10A - panel fotowoltaiczny
- pojemności 90 litrów przy identycznych wymiarach,
- poziomie hałasu 45dB
- masie 28 kg

Odpowiedź



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Tak. Zamawiający dopuści taką lodówką.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, by lodówki były wyposażone w wewnętrzny akumulator podtrzymujący ich pracę?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wymaga aby lodówka posiadała **akumulator wewnętrzny** podtrzymujący jej pracę

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Tomasz Mikułowski
/podpisano elektronicznie/