



Ministerstwo Zdrowia

Departament  
Nadzoru i Kontroli

Warszawa, 02 listopada 2022 r.

NKK3.9062.178.2022.AS

**Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE 20-954 Lublin Kazimierza Jaczewskiego 8
<b>Tytuł projektu/nr</b>	„Wsparcie ponadregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”, Projekt POIS.09.02.00-00-0211/21
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola procedury zawierania umów
<b>Termin kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 29 sierpnia 2022 r. Data zakończenia kontroli: 05 października 2022 r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowania nr FDZ.242-34/22 na Dostawę aparatury medycznej tj.: 1) Aparat angiograficzny wraz z wyposażeniem, aparat do badania echokardiograficznego serca oraz drukarka 3D 2) Dwupłaszczyznowy aparat neuroangiograficzny wraz z wyposażeniem 3) Oprogramowanie i wyposażenie na potrzeby rezonansu serca 4) Pompa infuzyjna (5 sztuk pomp infuzyjnych + 1 stacja dokująca) 5) Kardiowerter – defibrylator stacjonarny (z opcją stymulacji zewnętrznej) 6) Aparat EKG 7) Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm bez dopuszczenia równoważności, tj. Zadanie nr 1 -Aparat angiograficzny wraz z wyposażeniem – 1 kpl, drukarka 3D - 1 kpl OPZ: Parametr nr 46 Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613. Załącznik nr 8 (opis robót adaptacyjnych): Parametry: Wykładzina z rolki układana na kleju przewodzącym i na taśmach miedzianych z instalacją do odprowadzania ładunków elektrycznych, z cokołem wywijanym na ściany do wysokości istniejących paneli ściennych. Właściwości elektrostatyczne (EN 1815) ≤2 kV

Ministerstwo Zdrowia  
ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80  
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl  
www.gov.pl/zdrowie

*niepodlega*



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Ministerstwo  
Zdrowia

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Opór elektryczny: wg EN 1081: <math>R1\ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6\ \Omega</math></p> <p>Zadanie nr 2 - Dwupłaszczyznowy aparat neuroangiograficzny wraz z wyposażeniem – 1 kpl</p> <p>OPZ:</p> <p>Parametr nr 65 Maksymalna obciążalność ogniska następnego po największym Min. 30 kW, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60613</p> <p>Załącznik nr 8 (opis robót adaptacyjnych):</p> <p>Parametry: Wykładzina z rolki układana na kleju przewodzącym i na taśmach miedzianych z instalacją do odprowadzania ładunków elektrycznych, z cokołem wywijanym na ściany do wysokości istniejących paneli ściennych.</p> <p>Właściwości elektrostatyczne (EN 1815) <math>\leq 2\ kV</math></p> <p>Opór elektryczny: wg EN 1081: <math>R1\ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6\ \Omega</math></p> <p>Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych stanowi naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przepis stanowi, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.</p> <p>Powyższe naruszenie skutkuje obowiązkiem zastosowania korekty finansowej. Kategoria nieprawidłowości 11 z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2179). Zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówień lub specyfikacji technicznej – które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców.</p> <p>Wysokość korekty 5%, dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2 .</p>
--	---

Hubert Milanowicz

Naczelnik

/dokument podpisany elektronicznie/