



Bytnica, 18.11.2022 r.

Zn. spr.: ZP.1301.40.2021.

*(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)*

Zamawiający:

**Nadleśnictwo Bytnica  
66-630 Bytnica, Bytnica 160  
NIP 926-10-13-331**

Zaproszenie do składania ofert:

**„Dostawa defibrylatora do Nadleśnictwa Bytnica wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi”**

Sporządził:

Elżbieta Trybulec

Z poważaniem,  
Piotr Niemiec  
Nadleśniczy  
/podpisano elektronicznie/

## I. Informacja o Zamawiającym

Skarb Państwa  
Państwowe Gospodarstwo Leśne  
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bytnica  
siedziba Zamawiającego:  
Bytnica 160  
66-630 Bytnica  
biuro Zamawiającego czynne w dni robocze od 7.<sup>00</sup> do 15.<sup>00</sup>  
tel. ( 68 ) 391-57-54, fax ( 068 ) 391-57-54  
e-mail: [bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl](mailto:bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl)  
NIP 926-10-13-331

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Trybulec  
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>, tel. 600-456-515.

## II. Opis przedmiotu zamówienia.

**„Dostawa defibrylatora do Nadleśnictwa Bytnica wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi”**

### Określenie przedmiotu:

Szczegółowe określenie i wielkość przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

## IV. Termin wykonania zamówienia

1. Zakup i szkolenie będzie realizowana w terminie 20 dni od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia wybranemu oferentowi.

## V. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 20 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

## VI. Sposób przygotowania oferty.

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

## VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia **30 listopada 2022 r.** do godziny 11:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica, pokój nr 6 / parter/ w formie papierowej lub w formie elektronicznej na adres [bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl](mailto:bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl)

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **30 listopada 2022 r.** o godzinie 11:15.

## VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz informacja o udzieleniu zamówienia.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena brutto.

### Informacje o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie oceny ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

## IX. Zwłoka w realizacji dostawy

W przypadku zwłoki w realizacji dostawy bądź niezrealizowania zamówienia w terminie wykonania zamówienia wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

## X. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

## Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

### Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

1. W postępowaniu obowiązują przepisy *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem innych obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych.
2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest dobrowolny, a przystępując do tego postępowania Wykonawca akceptuje wszystkie obowiązki i konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
3. Wszystkie dane osobowe przekazywane Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać zgodnie z przepisami **RODO**.
4. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 / w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, w tym w szczególności w zakresie wszystkich obowiązków informacyjnych i uzyskania zgód. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dokumentów i wszystkich osób (Wykonawcy, pracowników Wykonawcy, pracowników i członków uczestników konsorcjów, podmiotów trzecich, itp.), w całym okresie trwania procedury.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że w przedmiotowym zaproszeniu do składania ofert:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica, REGON 970495074; tel./fax: 68-391-57-54; [www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl](http://www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl);
  - inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego – Nadleśnictwa Bytnica jest Pani Monika Kowalik; [iod@comp-net.pl](mailto:iod@comp-net.pl), tel. 796-400-919;
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa defibrylatora do Nadleśnictwa Bytnica wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi”, znak sprawy: ZP.1301.40.2021 prowadzonym w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w związku z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego w obowiązujących go przepisach;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych otrzymywanych przez Zamawiającego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy – na cały czas trwania umowy, a następnie (jeśli dotyczy) przez okres wynikający z innych obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych;
  - przekazywane Zamawiającemu kategorie danych osobowych wynikają z określonych w danym postępowaniu warunków udziału lub kryteriów oceny ofert;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, przechowywanych/przetwarzanych przez Zamawiającego, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan tj. osoba, której dane przechowuje/przetwarza Zamawiający:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu tj. osobie, której dane przechowuje/przetwarza Zamawiający:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Opis przedmiotu zamówienia: „Dostawa defibrylatora do Nadleśnictwa Bytnica wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi” i warunki dostawy**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatora oraz przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi.

Rodzaj i typ urządzenia: Defibrilator AED z 7 letnią gwarancją na baterię.

2. Przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu w 2 grupach, w dwóch niezależnych terminach- po coło 25 osób w siedzibie zamawiającego, z zastrzeżeniem, że jeśli sytuacja epidemiologiczna lub obostrzenia będą uniemożliwiały organizację szkolenia w trybie stacjonarnym lub gdy zamawiający uzna, że organizacja szkolenia jest niebezpieczna pod względem epidemiologicznym dla pracowników, wówczas wykonawca przeprowadzi szkolenie w innym dogodnym dla zamawiającego terminie, z wcześniejszym uzgodnieniem terminu z zamawiającym.

3. Najważniejsze cechy:

- 1) Defibrylator AED prowadzi ratownika przez wszystkie etapy BLS/AED.
- 2) Wyposażony w przewodnik głosowy w języku polskim.
- 3) Bardzo bezpieczny w użyciu, automatycznie analizuje i prawidłowo rozpoznaje zapis EKG.
- 4) Bardzo niskie koszty eksploatacji - długa żywotność baterii i elektrod.
- 5) Automatycznie przeprowadza auto testy informujące o gotowości urządzenia do pracy!
- 6) Nie będzie wymagał regularnych przeglądów przez autoryzowany serwis.
- 7) Wysoka odporność na warunki zewnętrzne, w tym działanie wody (IP54 wg. IEC 529)
- 8) Najwyższa odporność na wstrząs i wibracje MIL-STD-810F 516.5
- 9) Najnowocześniejsza niskoenergetyczna technologia dwufazowa generowania impulsu o potwierdzonej skuteczności.
- 10) Urządzenie posiada deklarację zgodności CE dopuszczającą do obrotu na terenie Polski.
- 11) Możliwość szybkiej i prostej aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych ERC.
- 12) Wyposażony w metronom, wspomagający akustycznie prawidłowe tempo ucisków klatki piersiowej podczas resuscytacji.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Typ defibrylatora: półautomatyczny; uruchomienie i zakończenie pracy urządzenia następuje przez wciśnięcie jednego przycisku. Krok po kroku prowadzi ratownika przez etapy pierwszej pomocy.

Rodzaj zasilania:

Opcja: Bateria nieładowna 7-letnia -300 wstrząsów lub 16 godzin ciągłej pracy. Defibrylacja: - dorośli

Wodoodporność/Szczelność: IEC60529 klasa IP54

Kompletny zestaw zawiera:

Defibrylator z baterią nieładowną 7 letnią, bateria pomocnicza 9V zasilająca autotesty i wskaźnik statusu urządzenia, komplet elektrod dla dorosłych, instrukcję obsługi, kartę szybkiej obsługi, zestaw uzupełniający pierwszej pomocy do AED: (Zestaw uzupełniający pierwszej pomocy do AED składa się z maseczki do sztucznego oddychania, maszynki do golenia, dwóch par rękawiczek nitrylowych i gazika do dezynfekcji, 2 naklejek.