



Nasz znak: SAT.272.4.2023.AC

Skierniewice, dnia 19 września 2023 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

nr postępowania SAT.272.4.2023.AC

Dotyczy części nr 3 – Dygestoria 6 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści dygestorium o głębokości 960 mm?

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na fakt, iż na instalację dygestoriów posiada określone miejsce.

2. Czy Zamawiający dopuści zlew ceramiczny o wymiarach 295x145 mm?

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę.


3. Czy Zamawiający dopuści wentylację dzięki modułowi wyciągu powietrza opartego na kolumnach wyciągowych? Takie rozwiązanie znacznie zwiększa wydajność przepływu powietrza przez co podwyższa wskaźnik usuwania emisji, dodatkowo zapewnia optymalny przepływ la-minarny. Moduły są łatwo demontowalne, upraszczając dostęp w celu regularnego odkażania.

Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie wizji lokalnej po wybraniu najkorzystniejszej oferty, rezygnując tym samym z wizji przed składaniem ofert?

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie wizji lokalnej po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Skierniewicach


mgr inż. Justyna Łukasik

