

Legnica, dnia 30 marca 2023 r.

ADM.272.2.4.2023.JI

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania na sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i wzorów nr sprawy ADM.272.2.4.2023.JI

W związku z otrzymanym pytaniem z dnia 29 marca 2023 r. dotyczącym Pakietu I, pt. odczynniki chemiczne, wyjaśniamy jak niżej:

#### Pytanie 1.

Poniższe odczynniki według informacji z Avantora zostały wycofane z oferty, czy jest możliwość zamiany ich na odczynniki marki Chempur?

Potasu chromian cz.d.a.	117402503	g	100	brak
Potasu dichromian cz.d.a.	117410408	g	50	brak
Potasu jodan 1/60 mol/L odważka analityczna NIST	743104160 <b>wymaganie:</b> świadectwo jakości powinno zawierać odniesienie do wzorca NIST	szt.	1	brak
Potasu nadmanganian 0,02 M odważka analityczna	743898160 <b>wymaganie:</b> świadectwo jakości powinno zawierać odniesienie do wzorca NIST	szt.	1	brak
di-Potasu wodorofosforan bezwodny	117421000	g	250	brak

#### Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę producenta dla pozycji ww na Chempur, pod warunkiem jednak, że odważki analityczne będą posiadały świadectwo z odniesieniem do NIST.

#### Pytanie 2.

Sacharoza czda op.100g – Avantor najmniejsze oferowane opakowanie to 1 kg, czy jest możliwość zamiany na op. 1kg lub czy można zamienić na op. 100g marki Chempur?

#### Odpowiedz:

Tak

Termin składania Ofert Zamawiający pozostawia bez zmian.

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Legnicy  
..... Jacek Watral  
(Dyrektor)

#### Rozdzielnik:

1. Uczestnik postępowania zadający pytanie
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a