



**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Kędzierzynie-Koźlu**  
ul. Kraszewskiego 12, 47-200 K-Koźle

PT.2370.77.2023

**WSZYSCY WYKONAWCY**

## Wyjaśnienia

Komenda Powiatowa PSP w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „**Dostawa sprzętu z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego z prawem opcji zakupu dodatkowego wyposażenia.**”, odpowiada na pytanie, które wystosowano drogą elektroniczną do tutejszej Komendy poprzez platformę e-zamówienia, przedstawia treść wyjaśnień opisu potrzeb i wymagań dla przedmiotowego zamówienia.

### Pytanie nr 1.

1. Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, defibrylator AED, który:

- jest odporny na upadki z 1 m wysokości,
- jest odporny na kurz i wodę (IP 54),
- nie posiada interaktywnego panelu graficznego, ale posiada zieloną diodę statusu (pewność, że urządzenie jest gotowe do użycia),
- nie posiada uniwersalnych elektrod, ani klucza pediatricznego (posiada osobno elektrody pediatriczne)?

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuje iż dopuszcza defibrylator AED o następujących właściwościach:

- odporność na upadki z wysokości 1m,
- brak w wyposażeniu interaktywnego panelu graficznego, lecz z zachowaniem posiadania zielonej kontrolki informującej o gotowości do uruchomienia.

Natomiast w odpowiedzi do pozostałej części zapytań, Zamawiający informuje iż nie dopuszcza defibrylatora AED, który:

- nie posiada uniwersalnych elektrod, ani klucza pediatricznego,
- posiada stopień ochrony IP 54 zamiast IP 55.

*podpisał elektronicznie:*  
**Komendant Powiatowy**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**st. bryg. mgr inż. Piotr Dudek**  
27 czerwca 2023