



Nasz znak: SAT.272.1.2024.AC

Skierniewice, dnia 08.marca 2024 r.

Pytania i odpowiedzi nr 3

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę odczynników, wzorców chemicznych i biologicznych, podłoży i testów bakteriologicznych, surowic, lateksów i krążków diagnostycznych.

nr postępowania SAT.272.1.2024.AC

Dotyczy: pakietu B -wzorce chemiczne

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty certyfikatów w języku angielskim na dowód, że oferowany zamiennik spełnia parametry produktu zamawianego?

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Materiał z poz. 14 (T03184QC) nie posiada certyfikatu zgodności z ISO 17034 a jego data ważności to 15 września 2025 r. Czy pomimo to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tego materiału?

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Materiał z poz. 15 (T03183QC) nie posiada certyfikatu zgodności z ISO 17034 a jego data ważności to 22 lipca 2025 r. Czy pomimo to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tego materiału?

Ad 3. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Materiał z poz. 16 (T20215QC) nie posiada certyfikatu zgodności z ISO 17034 a jego data ważności to 21 marca 2025 r. Czy pomimo to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tego materiału?

Ad 4. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Materiał z poz. 17 (CRM 702) zawiera następujące anality: bromodichlorometan, bromoform, chlorodibromometan, chloroform o stężeniu mieszczącym się w przedziale 5-50µg/l.

Zadeklarowanie konkretnych stężeń dla każdego analitu na dzień składania oferty nie jest możliwe. Czy pomimo to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tego materiału?

Ad 5. Zamawiający wyraża zgodę.

6. W poz. 20 (CS5M0S.L5) Zamawiający powołuje się na numer katalogowy materiału, który jest pakowany wyłącznie w opakowania o wielkości 500ml. Natomiast w kolumnie „Jm” podaje wielkość opakowania 100ml. Która wielkość opakowania jest wymagana przez Zamawiającego?



Ad. 6. Zamawiający wymaga 500 ml op.

7. W poz. 23 (H043.W.L05) Zamawiający powołuje się na numer katalogowy materiału, który jest pakowany w opakowania o wielkości 50ml. Natomiast w kolumnie „Jm” podaje wielkość opakowania 100ml, która odpowiada numerowi katalogowemu H043.W.L1. Która wielkość opakowania jest wymagana przez Zamawiającego?

Ad 7. Zamawiający wymaga 100 ml op.

8. W poz. 25 (CLR500-500) Zamawiający powołuje się na materiał, który został umieszczony również w poz. 24. Przy czym w poz. 25 Zamawiający wymaga opakowania 100ml. Proszę o informację czy w poz. 24 i 25 ma zostać wyceniony ten sam materiał ale o różnych wielkościach opakowania (100ml i 500ml)?

Ad 8. Zamawiający wymaga w poz. 24 op. 500 ml, poz. 25 op. 100 ml

9. Materiał z poz. 28 i 29 nie posiada certyfikatu zgodności z ISO 17034. Czy pomimo to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tych materiałów?

Ad 9. Zamawiający wyraża zgodę.

10. W poz. 30 (PH109.L1) i w poz. 31 (PH104.L1) Zamawiający powołuje się na numery katalogowe materiałów, które są pakowane w opakowania o wielkości 100ml. Natomiast w kolumnie „Jm” podaje wielkość opakowania 500ml, która odpowiada numerowi katalogowemu PH109.L5 i PH104.L5. Która wielkość opakowania jest wymagana przez Zamawiającego?

Ad 10. Zamawiający wymaga 500 ml op.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Skierniewicach

z up. mgr. Doroja Rosińska
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach