

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



**Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Przeworsku**
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 13.10.2023 r.

Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn: „**Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego**”

Znak sprawy PSA.272.2.2023

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Przeworsku - informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem.:

Pakiet 2. Czy Zamawiający dopuści dostawę autoklawu o średnicy wewnętrznej 410mm $\pm 7,5\%$ zamiast $\pm 5\%$?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE, zgodnie ze specyfikacją zamówienia średnica wewnętrzna autoklawu winna wynosić min. 410 mm $\pm 5\%$.