

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

- Dyrektor WSSE w Poznaniu

- e-mail WSSE w Poznaniu

- Sekcja ds. Zamówień

Publicznych

- e-mail

61 854-48-00

61 854-48-02

sekretariat@wssepoznan.pl

61 854-48-90

zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

www.wsse-poznan.pl

EA-ZP.272.14.2017

Poznań dnia 9 listopada 2017 r.

**Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na:
dostawę odczynników do badań
laboratoryjnych na rok 2018**

Pytanie nr 1:

dotyczy załącznika nr 2.17 Testy diagnostyczne do oznaczania poziomu przeciwciał metodą immunoezymatyczną ELFA:

Zwracamy się z prośbą o sprostowanie odpowiedzi udzielonych w dniu 30.10.2017 r. na pytanie nr 34, w pytaniach Wykonawcy prosiliśmy o wyłączenie poz. 13 z zadania nr 2.17, natomiast Zamawiający w odpowiedzi odniósł się do poz. nr 3.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pomyłkowo wykreślona została pozycja 3. Prawidłowo powinna zostać wykreślona pozycja 13. Poprawka zostaje naniesiona, poprawiony załącznik nr 2.17 w załączeniu.

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 2.25 Końcówki do pipet Eppendorf

Zwracam się z zapytaniem, czy zamawiający dopuści:

- końcówki z filtrem o długości do 55 mm dla pozycji 2, załącznik 2.25

- końcówki z filtrem o długości do 76 mm dla pozycji 3, załącznik 2.25

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści końcówki o których mowa w zapytaniu.

Załączniki:

1. Aktualny Załącznik nr 2.17 z naniesionymi zmianami

ZASTĘPCA DYREKTORA
& EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
mgr Jacek Szopka

Testy diagnostyczne do oznaczania poziomu przeciwciał metodą immunoenzymatyczną ELFA - ZMIANA 2

LP	Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania)	j.m.	Razem ilość	Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)			Producent nr katalogowy
				Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT [%]	
1	Zestaw: test API 20E do wykrywania patyczek G(-), opakowanie 25 testów lub równoważn, kompatybilne z programem aparatu Api WEB	op.	22				
2	Odczynniki kompatybilne do API 20E: James, VP1 VP2, NIT1 NIT 2 lub równoważne, opakowanie 6 ampulek	op.	22				
3	Testy do identyfikacji gronkowców API STAPH (op. 25 pasków) kompatybilne z programem aparatu Api WEB	op.	20				
4	Testy do identyfikacji paciorkowców API STREP (op. 25 pasków) kompatybilne z programem aparatu Api WEB	op.	10				
5	Testy identyfikacyjne do wykrywania Listerii monocytogenes na aparacie mini VIDAS op. 60szt.	op.	8				
6	Testy identyfikacyjne do wykrywania Campylobacter na aparacie mini VIDAS op. 30 szt.	op.	2				
7	Różyczka klasa IgM, 1.Szybki,automatyczny test jakościowy do immunoenzymatycznego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko różyczce w surowicy ludzkiej przy użyciu techniki ELFA.2.Odczynniki posiadające min.kontrolę dodatnią, ujemną oraz standardy.3.Odczynniki dostosowane do aparatu miniVidas firmy BioMérieux 4. Termin ważności powinien być nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 30.	op.	8				

LP	Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania)	j.m.	Razem ilość	Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)				
				Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto	Producent nr katalogowy
8	Różyczka klasa IgG, 1. Szybki,automatyczny test ilościowy do immunoenzymatycznego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko różyczce w surowicy ludzkiej przy użyciu techniki ELFA.2.Odczynniki posiadające min.kontrolę dodatnią, ujemną, oraz standardy.3.Odczynniki dostosowane do aparatu miniVidas firmy BioMérieux.4. Termin ważności powinien być nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 60.	op.	4					
9	CMV klasa IgM 1.Szybki,automatyczny test ilościowy do immunoenzymatycznego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko CMV w surowicy ludzkiej przy użyciu techniki ELFA.2.Odczynniki posiadające min.kontrolę dodatnią, ujemną, oraz standardy.3.Odczynniki dostosowane do aparatu miniVidas firmy BioMérieux.4. Termin ważności powinien być nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 30.	op.	8					
10	CMV klasa IgG 1.Szybki,automatyczny test ilościowy do immunoenzymatycznego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko CMV w surowicy ludzkiej przy użyciu techniki ELFA.2.Odczynniki posiadające min.kontrolę dodatnią, ujemną, oraz standardy.3.Odczynniki dostosowane do aparatu miniVidas firmy BioMérieux.4. Termin ważności powinien być nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 60.	op.	4					
11	Testy identyfikacyjne do aparatu Vidas CD A/B (1op. 60 oznaczeń).	op.	5					

LP	Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania)	j.m.	Razem ilość	Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)				
				Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto	Producent nr katalogowy
12	Brucełoża - 1. Test do aglutynacji surowicy ludzkiej. 2. Czulość 100%. 3. Odczyt wyniku do 10 minut. 4. Termin ważności powinien być nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia zestawu. Test Brucełoża (1op. 30 testów)	op.	5					
43	Sitex Strepto Plus - Szybki aglutynacyjny test lateksowy do szybkiego ekreslania przynależności grupowej paciorkowców B hemolizujących z grup A, B, C, D, F, i G wg Lancefield, zestaw kompletny op-60-02H.	op.	4	x	x	x	x	x
14	Odczynnik do testów aparatu Mini api NIT 1 + NIT 2 (op. 4 amp).	op.	5					
15	MINERAL OIL (1op. 125 ml)	op.	5					
16	Odczynnik do testów aparatu Mini Api Zn-Cynk (1op. 2x10g)	op.	2					
17	COUNT-TACT MEDIUM -gotowe płytki odciskowe z podłożem do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów - bad. czystości powierzchni 1 op = 20 płytek	op.	36					
18	Gotowe Podłoże z chlorampenicolem -pH-6,6. żywność szczepy ref ATCC, data ważności co najmniej 6 mies, certyfikat przy dostawie Norma PN-EN ISO 7954:1999 op. 6x200ml	op.	22					
19	Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów-gotowe podłoże w butelkach -pH-7,0±0,2. żywność szczepy ref ATCC, selektywność szczepy z kolekcji ATCC data ważności co najmniej 6 mies, certyfikat przy dostawie Norma PN-EN ISO 4833:2004+A1:2005 op. 6x200ml	op.	22					
20	Agar Tryptase -Soy Agar-gotowe podłoże w butelkach, pH 7,3±0,2, wzrost bakterii po 24 h, drożdże po 48h, pleśń wzrost po 3 dniach, szczepy z kolekcji ATCC, data ważności nie mniej niż rok, certyfikat przy dostawie op. 6x200ml	op.	2					

LP	Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania)	j.m.	Razem ilość	Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)				
				Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto	Producent nr katalogowy
21	Bulion fraser -gotowe podłoże w probówkach, pH 7,2±0,2, żywność szczepy z kolekcji ATCC na pożywcze TSA, selektywność szczepy z kolekcji ATCC, data ważności nie mniej niż 3 mies., certyfikat przy dostawie Norma PN-EN-ISO 11290-1 op. 20 probówek	op.	8					
22	Gotowe podłoże w butelkach -pożywka z chloramphenikolem, sabourand, data ważn. nie mniej niż rok, pH 5,6±, wzrost szczepów z kolekcji ATCC, drożdże, pleśnie 72h-25C, jałowość zachowana przez 14 dni, certyfikat przy dostawie op. 6x200ml	op.	2					
23	Agar VRBG gotowe podłoże w butelkach ,pH 7,4±0,1, selektywność szczepy ATCC, data ważności nie mniej niż 3mies od dostawy, certyfikat przy dostawie op. 6x200ml	op.	12					
24	Podłoże chironogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans op.=20 płytek	op.	12					
25	Baird Parker Agar -gotowe podłoże na płytkach wentylowanych, pH-7,2±0,2, żywność -szczepy referencyjne ATCC, selektywność -szczepy ref. ATCC, data ważności nie mniej niż 2 m-c od daty dostawy, certyfikat przy dostawie, Norma PN-EN ISO 6881-1, op. 20 płytek	op.	15					
26	Ottaviani Agosti Agar -gotowe podłoże na płytkach wentylowanych, pH-7,2±0,2, żywność -szczepy referencyjne ATCC, selektywność -szczepy ref. ATCC, data ważności nie mniej niż m-c od daty dostawy, certyfikat przy dostawie op. 20 płytek	op.	40					

LP	Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania)	j.m.	Razem ilość	Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)				
				Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto	Producent nr katalogowy
27	Agar Oxford -gotowe podłoże na płytkach wentylowanych ,pH-7,2±0,2,żyzność - szczepy referencyjneATCC,selektywność-szczepy ref.ATCC,data ważności nie mniej niż m-c od daty dostawy,certyfikat przy dostawie,Norma PN-EN 11290-1, op. 20 płytek	op.	8					
28	Saszetki do atmosfery beztlenowej 1op. 10szt., data ważności nie mniej niż rok, certyfikat przy dostawie	op.	3					
29	Saszetki do atmosfery mikroaeroofilnej 1 op = 10 szt. , data ważności nie mniej niż rok, certyfikat przy dostawie	op.	3					
30	Wskaźnik atmosfery beztlenowej 1 op = 50szt., data ważności 1 rok, certyfikat przy dostawie	op.	2					

LP	Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania)	j.m.	Razem ilość	Ofiarowany produkt (wypełnia Wykonawca)				
				Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto	Producent nr katalogowy
31	NIN op. 2 amp.	op.	5					
32	Suspension Medium 5ml op. 100 amp.	op.	3					
33	Zym A op. 2 amp.	op.	5					
34	Zym B op. 2 amp.	op.	5					
35	API Campy – Zestaw do identyfikacji Campylobacter op. 12 pasków + 24 podłoża	op.	5					
36	Zestaw do identyfikacji Neisseria i Haemophilus (API NH) op. 10 pasków + 10 podłoży	op.	5					
37	Slideo-Steph-plus op. 50 testów- lateksewy-test-do-identyfikacji-na- podstawie-wykrzywania-koagulazy, biarka-A- oraz polisacharydów-MRSA-w- otoczek-test-zawierający-karbenilid- reakcyjne-kolorowe-odczytniki- reaktywne-kontrolne.	op.	5	X	X	X	X	X
38	Testy do wykrywania E.coli O157 pH including H7	op	6					
39	Agar Chrom ID do identyfikacji E.coli O157, pH 7,0±0,2, podłoże w butelkach selektywność szczepy ATCC, data ważn.co najmniej 6mies. od daty dostawy,certyfikat op. 6 x 200ml	op	2					
40	Smac CT Agar do identyfikacji E.coli O157, podłoże na płytkach wentylowanych pH 7,1 +/- 0,2, żywność szczepy ref. Szczepy z kolekcji ATCC, selektywność szczepy ref ATCC, data ważności nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy, certyfikat przy dostawie op. 20 płytek	op	3					
41	E-test MIC PG benzylpenicylin 0,16-256ug/ml; op. blister 30 szt.	op	1					
42	E-test MIC CT 0,16-256ug/ml; op. blister 30 szt	op	4	X	X	X	X	X
43	Pod. M-H z kw. Końska i NAD, termin ważności min. 5-6 tyg, podłoże z krwią, nie może zmieniać barwy po 24 godz. Inkubacji w temp 37 C, certyfikat kontroli jakości płytek op. 20 płytek	op	20					

LP	Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania)	j. m.	Razem ilość	Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)				Producent nr katalogowy
				Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto	
44	E-testy do wykrywania MBL (imipenem + EDTA), do oferty należy dołączyć pozytywną opinię KORLD, stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia - z dołączonym dokumentem potwierdzającym, do oferty należy dołączyć specyfikację krążków i świadectwo kontroli jakości 3 różnych antybiotyków zaw. nazwę producenta, stężenie, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia, kontrolę na szczepach kontrolnych, należy dołączyć wzorce produktu, data ważności min. rok op. 30 pasków	op.	1					
45	Paski Etest przeznaczone do wykrywania mechanizmów odporności MBL (Meropenem/Meropenem + EDTA)ESBL PM/PM 16/4 op. 30 pasków	op.	1					
46	E-test CTL-32 - 0,002 ug/ml op. 30 pasków		4	x	x	x	x	x
47	E-test MP 0,002 - 32 ug/ml op. 30 pasków		1					
48	E-test IP 0,002 - 32 ug/ml op. 30 pasków	op	1					
49	Bullon półfraser - gotowe podłoże w woreczkach op. 10 x 225 ml	op	20					
50	McFarland Standard op. 7 roztworów wzorcowych	op	2					
51	D. cykloserine suplement op. 6 x 2ml	op	1					
52	Woda peptonowa zbuforowana w woreczkach op. 10 x 225ml	op	170					
53	Slidex pneumo-Kit - Szybki-agnostyczny test lateksowy do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae po wyizolowaniu na podłożu siałym-pe-50-ozn.	op	4	x	x	x	x	x
54	Podłoże Mueller Hinton E (MHE) op. 20pl	op	150					
55	E-test Vancomicin-op. 30-pasków	op	4	x	x	x	x	x
56	Podłoże Mueller Hinton z kloksacyliną op. 10szt.	op.	3					

LP	Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania)	j.m.	Razem ilość	Ofertowany produkt (wypełnia Wykonawca)				
				Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto	Producent nr katalogowy
57	Testy do identyfikacji grzybów(API-web)ALIX 25pasków	op.	6					
58	Testy do identyfikacji niefermentujących (API-web)NE 25pasków	op.	5					
59	Api Coryne op. 12paskó1w + 24 podłoża	op.	4					
60	Chrom ID CARBA op. 20 płytek	op.	20					
61	Api ID 32 Staph op. 25 pasków	op.	4					
62	VP A+VP B (1+1amp)	op.	4					
63	Odczynnik FB op. Zamp.	op.	6					
64	E-test Penicilina benzylowa -(Penicilina G) 0,002-32 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					
65	E-test Cefotaxime - 0,002-32 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					
66	E-test Amoxicillin - 0,016-256 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					
67	E-test Ampicillin - 0,016-256 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					
68	E-test Ceftriaxone - 0,002-32 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					
69	E-test Amikacin - 0,016-256 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					
70	E-test Cefepime/Cefepim+Clavulanic (4µg/ml) - 0,25-16 µg/ml / 0,064-4 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					
71	E-test Cefotaxime/Cefotaxime+Clavulanic (4µg/ml)- 0,25-16 µg/ml / 0,016-1 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					
72	E-test Cefazidime/Ceftazidime+Clavulanic (4µg/ml) - 0,5-32 µg/ml / 0,064-4 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					
73	E-test Mikoreperem/Mikoreperem+Berenie-0,125-8 µg/ml / 0,032-2 µg/ml op. 30 pasków	op.	4	X	X	X	X	X
74	E-test Eteperem/Eteperem+Berenie-0,125-8 µg/ml / 0,032-2 µg/ml op. 30 pasków	op.	4	X	X	X	X	X
75	E-test Cefotetan/Cefotetan+Cloxacillin - 0,5-32 µg/ml / 0,05-32 µg/ml op. 30 pasków	op.	1					

LP	Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania)	j.m.	Razem ilość	Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)			Producent nr katalogowy
				Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT [%]	
76	E-test Imipenem / Imipenem + EDTA - 4-256 µg/ml / 1-64 µg/ml op. 30 pasków	op.	1				
77	Suspension Medium 2ml op. 100amp.	op.	3				
78	Vidas® Measles IgG op. 60ozn.	op.	2				
79	VP1 +VP2 op. 2+2 amp.	op.	4				
80	E-test colistin - 0,016 µg/ml / 256 µg/ml op. 30 pasków	op.	1				
84	E-test ceftazidim - 0,064 µg/ml / 1024 µg/ml op. 30 pasków	op.	4	x	x	x	x
82	Test lateksowy do szybkiej identyfikacji pneumokoków (Slide Pneumo Kit) op. 60ozn.	op.	4	x	x	x	x
83	Melange Cefixime Teillurite 6x4ml	op.	1				
84	Oxidase Reagent odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej op. 50x0,75ml	op.	3				
85	NaCl 0,85% Medium 2 ml (1 op.-100amp.)	op.	5				
86	Bullion Tryptase Soja TSB op. = 20x9 ml	op.	3				
87	Vidas Varicella zoster IgG 60 oznaczeń	op.	3				
88	NaCl 0,85% Medium 5 ml (1 op.-100amp.)	op.	1				

..... /podpisy osób upoważnionych/

