



Kraków, dnia 23 sierpnia 2023 r.

AG.240.8.2023.BM

Modyfikacja SWZ
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację
chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas w wersji
z tandemowym kwadropolowym analizatorem mas (GC-MS-MS)

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spektrometru mas o czułości w trybie pracy EI (MRM) 4 fg OFN oraz o czułości w trybie NCI (SIM) S/N >2000:1 RMS dla 1 µL OFN o stężeniu 100 fg/µL ?”

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu czułości dla trybu EI (MRM) nie większej niż 5 fg OFN oraz o czułości w trybie NCI (SIM) S/N >2000:1 RMS dla 1 µL OFN o stężeniu 100 fg/µL.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający zgodzi się na potwierdzenie czułości dla źródła NCI poprzez wskazanie parametru stosunku sygnału do szumu (S/N) wynoszącego ponad 10 000:1 dla 1pg OFN m/z 272 w trybie full scan?”

Odpowiedź nr 2:

Tak, Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu czułości dla trybu NCI przy założeniu wskazania parametru stosunku sygnału do szumu (S/N) wynoszącego ponad 10 000:1 dla 1pg OFN m/z 272 w trybie full scan.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Naukowych

prof. dr hab. Wojciech Branicki