

WL.2370.8.2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu analitycznego” znak: WL.2370.8.2022, wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Pytanie I:

Dotyczy: Postępowanie na „Dostawę sprzętu analitycznego” (nr ref.: WL.2370.8.2022, nr BZP: 2022/S 180-508759)

Pytanie 1.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie punktu 28. w Części 3., załączonego do SWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. „W zestawie komplet dedykowanych akcesoriów i adapterów jak np.: przystawka kątowna, z zastosowaniem fiolek, do pomiaru przez butelki, zanurzeniowa, do analizy przez opakowania z odjęciem widma opakowania.”. Prosimy o wykaz minimalnych wymagań wobec niezbędnych dla Zamawiającego akcesoriów i adapterów.

Odp.: Zamawiający wymaga, aby urządzenie zapewniało możliwość (samodzielnie lub przy pomocy dedykowanych przystawek) wykonania pomiarów:

- bezpośrednio w badanej cieczy bez zanurzania urządzenia (min. głębokość zanurzenia 100 mm) – przy pomocy przystawki lub innego systemu;
- przez przystawkę kątowną;
- identyfikacji substancji np. przez kopertę z możliwością odjęcia widma opakowania;
- z zastosowaniem zamkniętych fiolek;
- przez butelki.

Zestaw powinien posiadać komplet wyposażenia, akcesoriów tak by był zdatny do użytku bez konieczności doposażania.