

Opis przedmiotu zamówienia

Autoklaw laboratoryjny (autoklaw pionowy, parowy) - 1 szt.

1. Miejsce dostarczenia:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku
Oddział Laboratoryjny w Przeworsku, ul. Rynek 1, 37-200 Przeworsk

2. Przeznaczenie:

Autoklaw laboratoryjny pionowy, parowy do sterylizacji materiałów skażonych (płynny, podłoża mikrobiologiczne).

3. Parametry urządzenia:

- wymiary zewnętrzne szer./wys./gł. [mm]: 700/950/600 mm $\pm 5\%$
- wymiary wewnętrzne [mm]: $\text{Ø}400/600$ mm $\pm 5\%$
- pojemność: 80 litrów $\pm 5\%$
- moc autoklawu: 6-10 kW,
- komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż gatunku 316,
- temperatura pracy autoklawu: 105-135°C,
- dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka),
- liczba programów sterowania procesami sterylizacji – min. 20,
- możliwość sterylizacji materiałów skażonych,
- sterowanie mikroprocesorowe,
- filtr HEPA 0,2 μm powietrza wylotowego, sterylizacja kondensatu i filtru HEPA
- zasilanie kotła wodą demineralizowaną,
- zamknięty obieg wody chłodzącej,
- średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max: 4 litry
- system chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej,
- kosz sterylizacyjny pełny wykonany ze stali nierdzewnej na 1/2 załadunku komory,
- automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową,
- wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej, drzwi otwierane do pionu,
- wbudowana drukarka igłowa do dokumentowania realnych parametrów sterylizacji na zwykłym papierze w rolkach (trwałe wydruki).

4. Wymagania dodatkowe:

- montaż autoklawu na miejscu,
- szkolenie personelu z obsługi i konserwacji urządzenia,
- gwarancja 24 miesiące,
- czas reakcji serwisu –nie dłuższy niż 72 godziny,
- czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
- instrukcja w języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej,
- cała dokumentacja (w tym dla potrzeb rejestracji wyrobu w Urzędzie Dozoru Technicznego) w języku polskim
- deklaracja zgodności oznaczenie CE dołączona do oferty.